

ГОСТ Р 51434—99

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

# **СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ**

## **Метод определения титруемой кислотности**

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом консервной и овощесушильной промышленности (ВНИИКОП)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 93 «Продукты переработки плодов и овощей»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22 декабря 1999 г. № 589-ст

3 Стандарт гармонизирован с европейским стандартом EN 12147:1996 «Соки фруктовые и овощные. Определение титруемой кислотности»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2006 г.

© ИПК Издательство стандартов, 2000

© Стандартиформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию

## Содержание

1	Область применения . . . . .	1
2	Нормативные ссылки . . . . .	1
3	Термины, определения и обозначения . . . . .	1
4	Сущность метода . . . . .	2
5	Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и материалы . . . . .	2
6	Отбор и подготовка проб. . . . .	2
7	Подготовка к проведению испытаний . . . . .	2
8	Проведение испытаний . . . . .	2
9	Обработка и оформление результатов. . . . .	3
	Приложение А Библиография . . . . .	4

## СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ

## Метод определения титруемой кислотности

Fruit and vegetable juices.  
Method for determination of titratable acidity

Дата введения 2001—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты и устанавливает метод определения титруемой кислотности, выраженной в виде молярной концентрации, массовой концентрации или массовой доли титруемых кислот.

Диапазон измерения молярной концентрации — от 40 до 300 миллимолей  $\text{H}^+$ /дм<sup>3</sup>, массовой концентрации — от 2 до 21 г/дм<sup>3</sup>, массовой доли от 0,2 % до 2,1 %.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 24104—88\* Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26313—84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб

ГОСТ 26671—85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов

ГОСТ 29169—91 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29251—91 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 51431—99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения относительной плотности

ИСО 3696—87\*\* Вода для лабораторного анализа. Технические условия и методы испытания

## 3 Термины, определения и обозначения

В настоящем стандарте применяют следующий термин с соответствующим определением:

**титруемая кислотность:** Меры содержания минеральных и органических кислот, определяемая титрованием в соответствии с настоящим стандартом.

В настоящем стандарте применяют следующее обозначение:

*c* — молярная концентрация вещества.

\* С 1 июля 2002 г. действует ГОСТ 24104—2001.

\*\* Действует до введения в действие ГОСТ Р, разработанного на основе стандарта ИСО.

## 4 Сущность метода

Метод основан на потенциометрическом титровании стандартным титрованным раствором гидроксида натрия до значения рН 8,1.

## 5 Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и материалы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 500 г, четвертого класса точности.

рН-метр или универсальный иономер ценой деления до 0,05 рН.

Электрод измерительный стеклянный для рН-метрии [1], электрод сравнения [2] или электрод стеклянный комбинированный [3], заменяющий стеклянный электрод и электрод сравнения.

Мешалка магнитная с плавным регулированием частоты вращения.

Пипетки по ГОСТ 29169, исполнения 2, 1-го класса точности, вместимостью 25 см<sup>3</sup>.

Бюретка по ГОСТ 29251 типа 1, исполнения 1, 2-го класса точности, вместимостью 25 см<sup>3</sup>, ценой деления 0,05 см<sup>3</sup>.

Стакан низкий по ГОСТ 25336 вместимостью 150 см<sup>3</sup>.

Колбы конические по ГОСТ 25336 вместимостью 300 см<sup>3</sup>.

Вода для лабораторного анализа по ИСО 3696 не ниже третьей категории качества.

Натрия гидроокись (гидроксид) по ГОСТ 4328, стандартный титрованный раствор  $c(\text{NaOH}) = 0,25$  моль/дм<sup>3</sup>.

Растворы буферные рН 4,01 и 9,18.

Допускается использование других средств измерений, лабораторного оборудования и реактивов, по метрологическим и техническим характеристикам не уступающих перечисленным выше.

## 6 Отбор и подготовка проб

6.1 Отбор проб — по ГОСТ 26313.

6.2 Подготовка проб — по ГОСТ 26671.

Концентрированные продукты разбавляют водой до заданного значения относительной плотности в соответствии с нормативным или техническим документом на конкретный вид продукта. Относительную плотность разбавленной пробы продукта определяют по ГОСТ Р 51431 и найденное значение указывают в протоколе испытаний.

Если образец содержит значительное количество диоксида углерода, его удаляют встряхиванием образца в закрытой конической колбе с периодическим открыванием колбы или вакуумной или ультразвуковой обработкой образца, пока весь газ не будет удален.

## 7 Подготовка к проведению испытаний

### 7.1 Градуировка рН-метра

Буферные растворы рН 4,01 и 9,18 готовят согласно инструкции к рН-метру и проверяют правильность показаний рН-метра при температуре 20 °С. Если рН-метр обеспечен температурной компенсацией, градуировку выполняют в интервале между 10 и 30 °С.

## 8 Проведение испытаний

Проводят два параллельных определения.

В стакан вносят пипеткой 25 см<sup>3</sup> неразбавленного сока или пробы сока, разбавленного так, чтобы на последующее титрование расходовалось не менее 8 см<sup>3</sup> титранта. Для анализа продуктов с высокой вязкостью и (или) с высоким содержанием частиц мякоти (например для пульпы) берут соответствующую навеску пробы и разбавляют водой так, чтобы соблюдалось вышеуказанное условие.

Пробу в стакане при температуре 20 °С начинают перемешивать магнитной мешалкой и титруют из бюретки раствором гидроксида натрия до значения рН 8,1. Измеряют объем раствора, пошед-

ший на титрование. Если рН-метр снабжен температурной компенсацией, испытание допускается выполнять при температуре в интервале 10—30 °С.

## 9 Обработка и оформление результатов

9.1 Титруемую кислотность  $C_{H^+}$ , миллимоль  $H^+$ /дм<sup>3</sup> продукта, вычисляют по формуле

$$C_{H^+} = \frac{1000 V_1 c}{V_0}, \quad (1)$$

где  $V_1$  — объем раствора гидроксида натрия, пошедший на титрование, см<sup>3</sup>;

$c$  — точная концентрация раствора гидроксида натрия, моль/дм<sup>3</sup>;

$V_0$  — объем пробы образца, взятый на титрование (как правило, 25 см<sup>3</sup>), см<sup>3</sup>.

При  $V_0 = 25$  см<sup>3</sup>,  $c = 0,25$  моль/дм<sup>3</sup> титруемую кислотность  $C_{H^+}$ , миллимоль  $H^+$ /дм<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$C_{H^+} = 10 V_1. \quad (2)$$

Вычисления проводят до первого десятичного знака. Результат округляют до целого числа.

9.2 Массовую концентрацию титруемых кислот  $x$ , г/дм<sup>3</sup>, в расчете на винную, яблочную или лимонную кислоту вычисляют по формуле

$$x = \frac{V_1 c M}{V_0}, \quad (3)$$

где  $M$  — молярная масса, г/моль, равная для:

винной кислоты  $M(1/2 C_4H_6O_6) = 75,0$ ;

яблочной кислоты  $M(1/2 C_4H_6O_5) = 67,0$ ;

безводной лимонной кислоты  $M(1/3 C_6H_8O_7) = 64,0$ .

При  $V_0 = 25$  см<sup>3</sup>,  $c = 0,25$  моль/дм<sup>3</sup>, массовую концентрацию  $x$ , г/дм<sup>3</sup>, в расчете на винную, яблочную или лимонную кислоту вычисляют по формуле

$$x = 0,01 V_1 M. \quad (4)$$

Вычисления проводят до первого десятичного знака. Результат округляют до целого числа.

9.3 Массовую долю титруемых кислот  $x_1$ , %, в расчете на винную, яблочную или лимонную кислоту вычисляют по формуле

$$x_1 = \frac{V_1 V_2 c M}{m V_0} \cdot 0,1, \quad (5)$$

где  $V_2$  — объем, до которого доведена навеска, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески пробы продукта, г.

Вычисления проводят до второго десятичного знака. Результат округляют до первого десятичного знака.

9.4 Относительное расхождение между результатами двух определений, полученными при анализе одной и той же пробы продукта одним оператором с использованием одного и того же оборудования за возможно минимальный интервал времени, не должно превышать норматива оперативного контроля сходимости 1 % ( $P = 0,95$ ). При соблюдении этого условия за окончательный результат измерений принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений титруемой кислотности.

Относительное расхождение между результатами двух определений, полученными при анализе одной и той же пробы продукта в двух различных лабораториях, не должно превышать норматива оперативного контроля воспроизводимости 2 % ( $P = 0,95$ ).

Пределы относительной погрешности определения содержания титруемой кислотности при соблюдении условий, регламентируемых настоящим стандартом, не превышают  $\pm 1,5$  % ( $P = 0,95$ ).

9.5 В протоколе испытаний указывают:

- информацию, необходимую для идентификации исследуемого продукта (вид, происхождение, шифр);
- ссылку на настоящий стандарт;

## ГОСТ Р 51434—99

- дату и способ отбора проб (по возможности);
- дату получения пробы для испытаний;
- дату проведения испытаний;
- результат испытаний с указанием погрешности и единицы измерений;
- соблюдение нормативов контроля сходимости результатов;
- особенности проведения испытаний (разведение концентрированного продукта, относительная плотность разведенной пробы и пр.);
- отклонения условий проведения испытаний от описанных в стандарте, которые могли повлиять на результат.

### ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

#### Библиография

- [1] ТУ 4215-012-35918409—97 рН-метрия. Электроды стеклянные ЭС-1
- [2] ТУ 4215-020-35918409—98 рН-метрия. Электроды сравнения ЭСр-1
- [3] ТУ 4215-004-35918409—97 рН-метрия. Электроды стеклянные комбинированные ЭСК-1

---

УДК 664.863.001.4:006.354

ОКС 67.160.20

Н59

ОКСТУ 9109

Ключевые слова: фруктовые и овощные соки, определение, титруемая кислотность, титрование

---

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *М.И. Першина*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 31.08.2006. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,57. Тираж 128 экз. Зак. 640. С 3237.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.