

ШКАФЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
И ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕГОСТ
22360—86

Типы и функциональные размеры

(СТ СЭВ 5428—85)

Demonstration cases and vent hoods.
Types and functional dimensionsВзамен
ГОСТ 22360—77

ОКП 56 2221

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 октября 1986 г. № 3370 срок действия установлен

с 01.01.88
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на демонстрационные и лабораторные вытяжные шкафы для школьных химических кабинетов и устанавливает их типы и функциональные размеры.

Стандарт не распространяется на встроенные вытяжные шкафы и шкафы, изготавливаемые по специальным заказам.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5428—85.

1. ТИПЫ


1.1. Шкафы изготовляются четырех типов:

I — демонстрационные стационарные (черт. 1);


II — демонстрационные передвижные (черт. 2);

III — демонстрационные или лабораторные настольные (черт. 3);


IV — лабораторные стационарные (черт. 1).



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры шкафов должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в таблице.

Размеры мм

Типы	Длина шкафа L , не более	Глубина шкафа B , не более	Высота рабочей поверхности шкафа H	Высота рабочей зоны шкафа H_1 , не менее	Высота шкафа H_2 , не более
I	1050	700	900	900	2500
II	900	650	900	600	1800
III	900	600	—	—	900
IV	1275	700	900	900	2500

2.2. В шкафах типов I и IV при наличии подъемного стекла высота его подъема должна быть не менее 500 мм.