

к ГОСТ 14839.12—69 Взрывчатые вещества промышленные. Методы определения содержания влаги

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.1.1	весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г	весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г
Пункт 2.2.3	с погрешностью не более 0,0002 г	записывая результат взвешивания до четвертого десятичного знака
Пункты 3.1.1, 4.1.1. После первого абзаца	—	весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г
Пункты 3.2.1, 4.2.1	с точностью до 0,0002 г	записывая результат взвешивания в граммах до четвертого десятичного знака

(ИУС № 9 1988 г.)