
Группа Ф25

Изменение № 2 ГОСТ 22555—77 Толщиномеры радиоизотопные металлических и неметаллических покрытий. Общие технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.05.88 № 1372

Дата введения 01.07.88

Пункт 15 дополнить примечанием: «Примечание. Для цепей с номинальным постоянным или переменным напряжением до 42 В, а также для цепей, содержащих комплектующие элементы, не допускающие испытания на-

(Продолжение см. с. 308)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22555—77)

пряжением 1500 В, допускается устанавливать меньшее испытательное напряжение, значение которого должно быть не менее трехкратного номинального напряжения для цепей с рабочей изоляцией и шестикратного — для цепей с двойной или усиленной изоляцией».

(ИУС № 8 1988 г.)