



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

ФГУП «ВНИИМС»

Ф.В. Булыгин

19 » декабря 2016 г.

**МИ 3272-2010 ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые.
Методика поверки на месте эксплуатации компакт-
прувером в комплекте с турбинным преобразователем
расхода и поточным преобразователем плотности**

Изменение № 3

П. 8.3.1.6 (стр. 17). Дополнить предупреждением следующего содержания:

«Внимание! В формуле (4) диаметр калиброванного участка компакт-прувера (D) следует применять с коэффициентом (0,95 или 1,0), который применялся для вычисления(й) его вместимости при последней поверке.»

П. 8.3.2.5 (стр. 19). Дополнить предупреждением следующего содержания:

«Внимание! При определении вместимости $V_{pp}^{кп}$ по формуле (7) следует руководствоваться предупреждением к п. 8.3.1.6.»

ИСПОЛНИТЕЛИ:

от АО «Нефтеавтоматика»:

- главный метролог

А.М. Саттаров

от ОП ГНМЦ АО «Нефтеавтоматика»:

- директор

М.С. Немиров

- начальник отдела

М.В. Краинов

- главный специалист
по метрологии

Р.Ф. Магданов