

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Генерального директора ЗАО "РОСА"

А.А.Шляпочников

" 06 " апр 2012 г.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

№ 1

Отдел: Физико-химических методов анализа
Сектор: Общего химического анализа
Шифр НД на МВИ: НДП 10.1:2.108-10
Наименование НД на МВИ: «Методика выполнения измерения массовой концентрации железа общего в питьевых и природных водах фотометрическим методом с орто-фенантролином».


Вносимые изменения не касаются принципа метода анализа, а дополняют и уточняют процедуры проведения анализа, установленные НДП 10.1:2.108-10 и действуют до введения новой версии методики.

Настоящие изменения и дополнения уточняют процедуру подготовки пробы к анализу.

Вносимые изменения:

1. В первом абзаце раздела 10 второе предложение изложить в новой редакции: *«Прибавляют 0,5 см³ соляной кислоты (2:1) и выдерживают не менее 30 минут. После выдержки прибавляют 1 см³ раствора солянокислого гидроксилamina, 4 см³ ацетатного буферного раствора и 1 см³ раствора о-фенантролина, доводят объем до метки дистиллированной водой и перемешивают.»*

Начальник отдела контроля качества


 А.В.Карташова
" 06 " 03 2012 г.

Начальник отдела физико-химических методов анализа


 Н.К.Куцева
" 06 " апр 2012 г.

Начальник сектора общего химического анализа


 Л.В.Тропынина
" 06 " апр 2012 г.