

---

Группа П62

**Изменение № 3 ГОСТ 17142—78 Гигрометры кулонометрические. Общие технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.07.85 № 2109 срок введения установлен**

**с 01.12.85**

Вводная часть. Пятый абзац исключить; заменить ссылку: ГОСТ 12997—76 на ГОСТ 12997—84.

Пункты 1.7, 1.9, 2.6.1, 2.6.2, 3.15.2, 3.15.7, 7.8, 7.23. Заменить ссылку: ГОСТ 12997—76 на ГОСТ 12997—84.

*(Продолжение см. с. 342)*

---

---

(Продолжение изменения к ГОСТ 17142—78)

Пункт 3.7. Исключить значение: 7; дополнить примечанием: «Примечание. С 1 января 1987 г. время непрерывной работы гигрометра должно быть не менее 30 сут».

Пункт 3.10.2. Таблица 5. Графа «Диапазоны измерений, млн<sup>-1</sup>». Заменить значения: 0—0,1 на 0—1; графа «Время начала реагирования». Заменить значение: 6,0 на 3,0; графа «Постоянная времени». Заменить значение: 35 на 20,0; графа «Время переходного процесса». Заменить значение: 120 на 90.

Пункт 3.16.3 изложить в новой редакции: «3.16.3. Значения вероятности безотказной работы гигрометров должны выбираться из ряда: 0,96; 0,95; 0,92; 0,90; 0,87; 0,85».

Пункт 3.16.5 дополнить примечанием: «Примечание. С 1 июля 1987 г. средний срок службы гигрометров должен быть не менее 8 лет».

(ИУС № 10 1985 г.)

---