

Изменение № 3 ГОСТ 23711—79 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.89 № 2302

Дата введения 01.12.89

Пункт 1. Третий абзац исключить.

Пункт 5. Заменить слова: «для весов по ГОСТ 22497—77» на «для торговых электронных весов».

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 9.104—78 на ГОСТ 9.104—79.

Пункт 31. Заменить значение: 0,003 L на 0,004 L.

Пункт 45. Первый абзац изложить в новой редакции: «Весы, подлежащие клеймению, должны иметь на видном месте оттиск поверительного клейма, который должен наноситься на выделенную поверхность весов или прикрепленную деталь (пластинку, шпонку и др.) согласно конструкторской документации»;

второй абзац. Заменить слова: «поверочного клейма» на «оттиска поверительного клейма»;

третий—шестой абзацы. Заменить слово: «клейма» на «оттиска».

Пункт 47 изложить в новой редакции: «47. Показатели надежности должны быть не менее значений, указанных в таблице.

(Продолжение см. с. 242)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23711—79)

Показатели надежности	Для весов, изготавливаемых	
	до 01.01.89	с 01.01.89
Средняя наработка на отказ, ч	25000	32000
в том числе для весов с применением устройств электроники и вычислительной техники	12500	17000
Установленная безотказная наработка, ч	1250	3200
в том числе для весов с применением устройств электроники и вычислительной техники	650	1700
Полный средний срок службы, годы	12	15
в том числе для торговых электронных весов	10	10

Примечание. Показатели надежности весов с применением информационно-управляющих устройств на базе микропроцессоров должны соответствовать требованиям НТД на конкретные изделия.

За отказ принимают поломку весов, делающую невозможной их дальнейшую эксплуатацию, или отклонение метрологических параметров от установленных норм».

Пункт 50 исключить.

(ИУС № 11 1989 г.)