

**Изменение № 3 ГОСТ 9506.5—74 Щетки для электрических машин. Метод определения зольности**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.09.88 № 3241**

**Дата введения 01.04.89**

Наименование стандарта. Заменить слова: «зольности» на «массовой доли золы», «ash content» на «the fraction of total mass of ash».

Вводная часть. Заменить слова: «зольности» на «массовой доли золы», «электрографитированные» на «электрографитные»; третий абзац исключить.

Пункт 1а.1. Заменить слова: «Проверку содержания» на «Определение массовой доли».

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Преобразователь термоэлектрический типа ТХА с пределом измерения (0—1300) °С по нормативно-технической документации».

*(Продолжение см. с. 160)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9506.5—74)*

Пункт 1.3. Заменить значение: 110 на 120.

Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Весы лабораторные 2-го класса точности с ценой деления 0,0001 г и пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104—80».

Пункт 1.6. Заменить ссылку: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 23932—79.

Пункт 1.7. Заменить ссылку: ГОСТ 4460—77 на ГОСТ 450—77.

Пункт 1.11. Заменить ссылку: ГОСТ 3584—73 на ГОСТ 6613—86.

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Пробу измельчают и просеивают без остатка через сетку № 025, затем высушивают в сушильном шкафу при температуре  $(110 \pm 10)$  °С не менее 2 ч до постоянной массы».

Пункты 2.2, 2.4. Заменить слова: «точностью до 0,0002 г» на «погрешностью не более 0,0005 г»

Пункт 2.3 дополнить словами: «при температуре  $(850 \pm 25)$  °С.

*(Продолжение см. с. 161)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9506.5—74)*

Пункт 2.4. Заменить слова: «зольным остатком» на «остатком золы».

Пункт 2.5. Заменить слова: «зольного остатка» на «остатка золы»; «зольности» на «массовой доли золы».

Пункт 3.1. Заменить слова: «Зольность А» на «Массовую долю золы», «зольным остатком» на «остатком золы».

Пункт 3.2. Таблица. Заменить слово: «Зольность» на «Массовая доля золы, %»;

*(Продолжение см. с. 162)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9506.5—74)*

последний абзац изложить в новой редакции: «За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений. При этом не допускается брать для расчета среднего значения результаты параллельных определений, если одно из них не соответствует значениям, указанным в стандартах или технических условиях на щетки конкретных марок.

Погрешность измерения  $\pm 5\%$ ».

(ИУС № 1 1989 г.)