

Изменение № 3 ГОСТ 147—74 Топливо твердое. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.09.89 № 2704

Дата введения 01.07.90

Вводная часть. Последний абзац дополнить словами: «и МС ИСО 1928—76 в части основных характеристик».

Пункт 1.1. Второй абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 18587—73; заменить ссылку: п. 4.9 на п. 4.6;

третий абзац изложить в новой редакции: «Весы аналитические с пределом допускаемой погрешности $\pm 0,00015$ г, весы технические с пределом допускаемой погрешности $\pm 0,1$ г по ГОСТ 24104—88»;

четвертый абзац исключить;

шестой абзац изложить в новой редакции: «термометр ртутный лабораторный с ценой деления $0,1$ °С»;

последний абзац. Заменить слова: «Правила техники» на «1.2. Правила техники».

(Продолжение см. с. 90)

(Продолжение изменения к ГОСТ 147—74)

Пункт 2.3. Первый абзац. Заменить слова: «массой 0,8—1,5 г (согласно п. 2.2)» на «согласно п. 2.2».

Пункт 2.10. Заменить слова: «около 12,600 кДж/°С (3,000 ккал/°С)» на «около 15,000 кДж/°С (3,500 ккал/°С)».

Пункт 3.4. Исключить слова: «характеризующее теплообмен ее с окружающей средой в условиях конечного периода испытания».

Пункт 4.3. Заменить ссылки: СТ СЭВ 750—77 на ГОСТ 27313—87, ГОСТ 11305—65 на ГОСТ 11305—83, ГОСТ 11306—65 на ГОСТ 11306—83.

Пункт 4.5. Заменить ссылки: ГОСТ 11305—65 на ГОСТ 11305—83; ГОСТ 2408.1—75 на ГОСТ 2408.1—88; исключить слова: «или ГОСТ 6389—81».

Приложение 1. Пункты 5, 6. Заменить ссылку: СТ СЭВ 750—77 на ГОСТ 27313—87.

(ИУС № 12 1989 г.)