

Изменение № 2 ГОСТ 10184—75 Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Методы определения времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок по парообразным вредным примесям

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.06.85 № 1595 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2509.

Пункты 1.1, 2.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Весы лабораторные общего назначения с погрешностью взвешивания 0,01 г по ГОСТ 24104—80».

Пункт 1.1. Одиннадцатый абзац после слова «Бензидин-основание» дополнить словами: «или бензидин уксуснокислый»;

(Продолжение см. с. 152)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10184—75)

шестнадцатый абзац дополнить словами: «по нормативно-технической документации»;

девятнадцатый абзац после слов «0,50 г бензидина» дополнить словами: «или 0,83 г бензидина уксуснокислого»;

дополнить абзацами: «Капельница по ГОСТ 25336—82.

Склянка 1—5,0 по ГОСТ 25336—82.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, 10 %-ный раствор».

Пункт 1.5.3 дополнить словами: «Дегазация прибора, его частей и испарителя проводится 10 %-ным раствором аммиака или щелочи».

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Склянка 1—5,0 по ГОСТ 25336—82».

Приложение 1. Пункт 1.4. Второй абзац. Исключить слово: «противогазовую»; после слов «с фильтром» дополнить словами: «по ГОСТ 12.4.122—83».

Пункт 1.13 после слова «Краны» дополнить словами: «по ГОСТ 7995—80».

Приложение 2. Заменить слова: «почти доверху» на «наполовину или две трети вместимости»;

чертеж 3. Подрисуночная подпись. Позицию 4 изложить в новой редакции: «4 — склянка 1—5,0 по ГОСТ 25336—82».

(ИУС № 8 1985 г.)