

Изменение № 2 ГОСТ 10812—82 Приборы геодезические номограммные. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.88 № 855

Дата введения 01.09.88

Пункт 1.2. Таблица 1. Пункты 5, 7, 8 изложить в новой редакции:

Наименование параметра	Норма для типа	
	ТаН	КН
5. Наименьшее расстояние визирования, м, не более	3	
7. Цена деления уровня на 2 мм при алидаде горизонтального круга при вертикальном круге при основной линейке кипрегеля	30" ± 3"	— 30" ± 3" 60" ± 6"
8. Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения угла из одного приема		
а) горизонтального	7"	—
б) вертикального	10"	45"

(Продолжение см. с. 342)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10812—82)

Пункт 1.4. Заменить ссылку: «(пп. 11—12 табл. 1)» на «(пп. 8—10 табл. 1)».

Пункты 2.18, 2.20 изложить в новой редакции: «2.18. Установленная календарная продолжительность безотказной эксплуатации приборов — не менее 36 мес.

Критерии отказов устанавливают в технических условиях на конкретные приборы.

2.20. Полный установленный срок службы приборов — не менее 5 лет.

Критерии предельного состояния устанавливают в технических условиях на конкретные приборы.

Пункт 4.4. Заменить слова: «до десятой доли угловых минут» на «до 1'».

Пункт 4.29 изложить в новой редакции: «4.29. Планы контроля показателей надежности (пп. 2.18 и 2.20) устанавливают в технических условиях на конкретные приборы».

Приложение 2. Графа «Обозначение стандарта». Заменить ссылку: ГОСТ 10529—79 на ГОСТ 10529—86; исключить ссылку на ГОСТ 11899—77.

(ИУС № 6 1988 г.)