

Изменение № 3 ГОСТ 17818.1—72 Графит. Метод определения содержания влаги

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.88 № 2478

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слово: «содержание».

Заменить код: ОКСТУ 1591 на ОКСТУ 5709.

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на скрытокристаллический графит и кристаллический графит, полученный при отдельном или совместном обогащении природных руд, графитсодержащих отходов металлургических и других производств, и устанавливает весовой метод определения содержания влаги».

(Продолжение см. с. 60)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17818.1—72)

Раздел 2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Весы лабораторные 2-го класса точности с погрешностью взвешивания не более 0,0005 г по ГОСТ 24104—80»;

заменить ссылку: ГОСТ 7148—70, ГОСТ 6371—75 на ГОСТ 25336—82; исключить ссылку: «по ГОСТ 4460—77».

(ИУС № 11 1988 г.)