

Изменение № 5 ГОСТ 9412—77 Марля медицинская. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.07.88 № 2731

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.2. Таблицу 1. дополнить примечанием — 3: «3. Допускаемое отклонение массовой доли вискозного волокна в смеси  $\pm 3\%$ ».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Марля должна изготавливаться из хлопчатобумажной пряжи по ОСТ 17—96—86, ОСТ 17—362—85 и хлопковискозной по ОСТ 17—643—76».

Пункт 1.5. Второй абзац изложить в новой редакции: «Длина марли в рулоне должна быть:

для отбеленной — от 800 до 1300 м;

для суровой — от 5000 до 6000 м».

Пункт 1.8. Второй абзац дополнить словами: «не более 1 м по длине ткани».

*(Продолжение см. с. 338)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9412—77)*

Пункт 1.11 дополнить словами: «в том числе не более трех, приходящихся на порок дыры размером не более 5 см».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. Для проверки качества марли по физико-механическим показателям и линейным размерам от партии отбирают 3 % рулонов или пачек, но не менее трех рулонов или пачек.

Для проверки качества марли по физико-химическим показателям от партии отбирают три рулона или пачки.

Определение массовой доли жировых веществ и зольности должно производиться на каждой 10 партии».

Пункт 3.9.1. Первый абзац после слова «вырезают» изложить в новой редакции: «три элементарные пробы массой 5 г каждая, соединяют вместе, заливают 150 см<sup>3</sup> дистиллированной воды и кипятят в течение 15 мин. Затем отжимают стеклянной палочкой, жидкость сливают в чистую посуду и охлаждают до комнатной температуры».

Пункт 4.3 после слов «или крестообразно» дополнить словами: «допускается перевязывать пачки суровой марли в четырех местах (три поперечных одна продольная перевязка)».

(ИУС № 11 1988 г.)