

Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Группа Р12

**Изменение № 2 ГОСТ 9412—77 Марля медицинская. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.08.86
№ 2470 срок введения установлен**

с 01.12.86

Пункт 1.7. Таблица 2. Графа «Норма для марли смешанной». Для показателя «Капиллярность, см/ч, не менее» заменить норму: 12 на 10.

Пункт 3.10.2. Заменить ссылки: ГОСТ 6371—73 и ГОСТ 10515—75 на

(Продолжение см. с. 278)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9412—77)

ГОСТ 25336—82, ГОСТ 4233—66 на ГОСТ 4233—77, ГОСТ 4461—67 на ГОСТ 4461—77.

Пункт 3.11.2. Заменить ссылки: ГОСТ 7148—70 на ГОСТ 25336—82, ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77.

Пункт 3.12.1.2. Заменить ссылки: ГОСТ 6371—73 и ГОСТ 10515—75 на ГОСТ 25336—82, ГОСТ 3760—64 на ГОСТ 3760—79, ГОСТ 5712—67 на ГОСТ 5712—78, ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77.

Пункт 3.12.2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 25336—82, ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77.

Пункт 3.13.1. Заменить ссылку: ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77.

Пункт 3.14. Заменить ссылку: ГОСТ 4204—66 на ГОСТ 4204—77.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—71 на ГОСТ 17308—85.

(ИУС № 11 1986 г.)