

Изменение № 2 ГОСТ 9177—74 Термометры стеклянные жидкостные (нертутные). Общие технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.05.81 № 2624 срок введения установлен

с 01.10.81

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции:

«Стандарт полностью соответствует МС 386—77 в части требований жидкостных нертутных термометров.

В стандарте учтены рекомендации ИСО по стандартизации Р 1770—70 и Р 1771—70».

Пункт 2.6 дополнить словами: «В термометрах с неполным погружением — 0,5 значения наименьшего деления шкалы».

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.34:

«2.34. Устойчивость термометров в упаковке для транспортирования к воздействию транспортной тряски должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на термометры конкретных типов».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1. Предприятие-изготовитель должно проводить государственные контрольные, приемо-сдаточные, периодические испытания и испытания на надежность».

Пункт 3.3. Первый абзац после ссылки на п. 2.31 дополнить словами: «на соответствие требованиям п. 2.3 следует проверять по ГОСТ 7329—74 20 изделий, но не менее 3% ампул, одновременно подвергнутых отжигу».

Пункты 3.6, 4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 13216—74 на ГОСТ 20699—75.

Пункт 4.1. Исключить слова: «на 20 изделиях, но не менее чем на 3% ампул, одновременно подвергнутых отжигу».

Пункт 4.5. Заменить слова: «Инструкции 159—60 Госстандарта СССР» на ГОСТ 8.279—78; дополнить новым абзацем:

«Проверку бытовых термометров и термометров, конструкция которых не допускает погружения их чувствительного элемента в жидкостные термостаты, следует проводить по технической документации, утвержденной в установленном порядке».

Раздел 4 дополнить новым пунктом — 4.9:

*(Продолжение см. стр. 220)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9177—74)*

«4.9. Методика проверки термометров на устойчивость к транспортной тряске (п. 2.34) должна устанавливаться в нормативно-технической документации на термометры конкретных типов».

Пункт 5.1 после слов «по системе нумерации предприятия-изготовителя» дополнить словами: «допускается не наносить номер для термометров с ценой деления выше 0,2°С»;

исключить слова: «не наносить номер термометра на изделие и».

Пункт 5.2. Заменить ссылки: ГОСТ 16711—71 на ГОСТ 16711—79, ГОСТ 11836—66 на ГОСТ 11836—76.

Пункт 5.3 после слов «деревянные ящики» дополнить ссылкой: «по ГОСТ 2991—76».

Пункт 5.4. Заменить слово и ссылку: «ртути» на «термометрической жидкости», ГОСТ 16511—70 на ГОСТ 15841—77.

Пункт 5.8. Заменить слово «предупредительные» на «манипуляционные»; исключить слова: «и надпись «Не бросать!».

Пункт 6.1. Исключить слово: «потребителем».

(ИУС № 8 1981 г.)