

Изменение № 1 ГОСТ 9999—70 Приборы электроизмерительные самопишущие прямого преобразования. Общие технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.80 № 1904 срок введения установлен

с 01.09.80

Пункт 1.24 дополнить новым абзацем:
«Для самопишущих частотомеров по формуле

$$\varepsilon_0 = 0,01K \cdot L \frac{A_k}{A_k - A_n}, \quad (3a)$$

где

A_k — конечное значение диапазона измерений прибора;

A_n — начальное значение диапазона измерений прибора».

(Продолжение см. стр. 202)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9999—70)

Пункт 1.26 дополнить новым абзацем:

«Для самопишущих частотомеров по формуле

$$\Delta_{л} = 0,005K \frac{A_{к}}{A_{к} - A_{н}} \quad (5а)».$$

Пункт 1.31 дополнить новым абзацем:

«Для самопишущих частотомеров по формуле

$$\Delta = \frac{0,01KL}{3} \cdot \frac{A_{к}}{A_{к} - A_{н}} + 0,2 \quad (7)».$$

Пункт 1.32. Заменить слова: «определяемого по формуле (3)» на «определяемого по формулам (3) и (3а)».

Пункт 1.39. Заменить ссылку: ГОСТ 9469—75 на ГОСТ 9469—79.

Пункт 4.17. Заменить ссылки: ГОСТ 16468—70 на ГОСТ 16468—79; ГОСТ 17510—72 на ГОСТ 17510—79.

(ИУС № 7 1980 г.)