

Изменение № 1 ГОСТ 20076—74 Станки балансировочные. Нормы точности

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.05.80
№ 2021 срок введения установлен

с 01.09.80

Пункт 3. Заменить слова: «Точность балансировки ротора на станке» на «Точность балансировочного станка».

Наименование раздела и первый абзац изложить в новой редакции:

«Проверка балансировочного станка на точность»

Точность балансировочного станка [Т] характеризуется минимальным значением остаточного дисбаланса, которое достигается на нем при балансировке контрольного ротора».

Таблица 1. Графа «Нормы для станков классов точности, г-мм/кг». Для станков повышенной точности заменить нормы: 0,5 и 1 на 0,8; 0,4.

Раздел «Метод проверки». Заменить слова: «Точность балансировки на станке» на «Точность балансировочного станка» (2 раза);

формулы обозначения точности балансировочного станка (Т). Заменить обозначение: (Т) на [Т];

четвертый абзац снизу. Заменить слова: «Для этого снимают показания» на «Для этого с прибора станка снимают показания»;

второй абзац снизу изложить в новой редакции:

«По значениям этих величин и значениям величин m_k , l_k и m_0 определяют необходимую точность балансировочного станка по формуле».

(ИУС № 7 1980 г.)