

**П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

Группа П42

Изменение № 3 ГОСТ 10529—86 Теодолиты. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 29.04.93 № 129

Дата введения 01.01.94

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования разд. 1, 5 и пп. 2.3, 2.6, 2.9—2.11, 2.13, 2.16, 2.17, 2.19, 2.21 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми».

Раздел 2 дополнить пунктами—2.19—2.21: «2.19. В комплект теодолита должны входить принадлежности, указанные в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Наименование принадлежностей	Количество для теодолитов модификаций					
	T1	T2 T2К	T1A T2A T2КА	T5К	T30	T15M T30M
Укладочный ящик (футляр)	1	1	1	1	1	1
Транспортировочный ящик	1*	1*	1*	—	—	—
Насадка на окуляры микроскопа и зрительной трубы	1*	1	1	1	1	1
Линзовая насадка на объектив*	1	1	1	1	1	1
Дополнительная сетка нитей вида 2*	1	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 14)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 10529—

Продолжение табл. 3

Наименование принадлежностей	Количество для теодолитов модификаций					
	T1	T2 T2K	T1A T2A T2KA	T5K	T30	T15M T30M
Световые визирные цели*	1	1	—	1	—	1
Зеркало-насадка на объектив*	—	—	1	—	—	—
Накладной уровень*	1	1	1	—	—	—
Уровень на трубу	—	—	—	—	1	1*
Буссоль*	—	1	—	1	1	1
Нитяной отвес	1	1	1	1	1	1
Центрировочная плита	1	1*	1	1*	—	—
Комплект оборудования для работы по трехштативной системе*	—	1	—	1	—	—
Комплект электрооборудования	1	1	1	1*	1*	1*
Штатив	1	1	1*	1	1	1
Дополнительный цилиндрический уровень (60"/2 мм)*	—	—	—	—	1	1
Принадлежности по уходу и юстировке	1	1	1	1	1	1
Чехол на теодолит	1	1	1	1	1	1

(Продолжение см. с. 15)

Наименование принадлежностей	Количество для теодолитов модификаций					
	T1	T2 T2К	T1A T2A T2КА	T5К	T30	T15M T30M
Призмная насадка на объектив трубы	—	—	—	—	1*	—
Комплект принадлежностей для астрономических определений по солнцу	1	—	—	—	—	—

* Принадлежности по заказу потребителя.

(Продолжение см. с. 16)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 10529—86)

2.20. К комплекту теодолита прилагают паспорт по ГОСТ 2.601—68 с инструкцией по эксплуатации.

2.21. Маркировка и упаковка теодолитов — по ГОСТ 23543—88.

Раздел 3 исключить.

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Приемку теодолитов осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 23543—88 и техническими условиями на конкретные теодолиты».

Пункты 4.2—4.6 исключить.

Пункты 5.1, 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 26137—84 на ГОСТ 23543—88.

Раздел 6 изложить в новой редакции:

«6. Транспортирование и хранение

6.1. Транспортирование и хранение теодолитов — по ГОСТ 23543—88.

(ИУС № 7 1993 г.)