

**Изменение № 1 ГОСТ 20996.6—82 Селен технический. Метод определения железа**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.87 № 4687**

**Дата введения 01.07.88**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.

Раздел 2. Седьмой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9849—74 на ГОСТ 9849—86.

Пункт 3.1. Последний абзац. Заменить слово: «Количество» на «Массу».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Расхождения результатов двух параллельных определений и двух анализов не должны превышать величин, приведенных в таблице,

*(Продолжение см. с. 82)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 20996.6—82)

Массовая доля железа, %	Абсолютные допустимые расхождения, %, результатов	
	параллельных определений	полученных в лабораториях разных предприятий
От 0,003 до 0,006 включ.	0,001	0,002
Св. 0,006 » 0,015 »	0,002	0,003
» 0,015 » 0,030 »	0,003	0,005
» 0,03 » 0,10 »	0,01	0,02
» 0,10 » 0,30 »	0,02	0,04
» 0,30 » 0,60 »	0,04	0,06

(ИУС № 3 1988 г.)