

Изменение № 1 ГОСТ 11303—75 Торф. Метод приготовления аналитических проб

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.10.86 № 3222 срок введения установлен

с 01.01.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0391.

Пункт 1.1, Четвертый абзац изложить в новой редакции: «весы с погрешностью взвешивания не более 0,5 г»;

заменить ссылку: ГОСТ 9147—73 на ГОСТ 9147—80;

(Продолжение см. с. 42)

девятый абзац изложить в новой редакции: «термометр технический стеклянный ртутный типа II номеров 5 или 6 с ценой деления шкалы не более 2 °С, с длиной нижней части 253 мм по ГОСТ 2823—73».

Пункт 2.1. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 5396—66 на ГОСТ 5396—77, «содержания рабочей или лабораторной влаги» на «массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива или массовой доли влаги в лабораторной пробе», «содержанием влаги» на «массовой долей общей влаги в рабочем состоянии топлива».

(ИУС № 1 1987 г.)
