

## Группа Б48

Изменение № 3 ГОСТ 5344—82 Паста кожевенная эмульгирующая. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 3 от 17.02.93)

Дата введения 1995—04—01

Пункт 1.2. Таблица. Пункт 7 исключить.

Пункт 3.3 исключить.

Пункт 4.3.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Термометр жидкостной стеклянный по ГОСТ 28498—90».

Пункт 4.4.1 изложить в новой редакции:

«4.4.1. *Аппаратура и реактивы*

Весы лабораторные общего назначения типов ВЛР-200г и ВЛКТ-500г-М или аналогичного типа.

Шкаф сушильный.

Баня водяная.

Эксикатор 2—250 по ГОСТ 25336—82.

Колба Кн-1—250—119/26 ТС по ГОСТ 25336—82.

Холодильник ХШ-1—400—29/32 ХС по ГОСТ 25336—82.

Воронка ВД-1—500ХС по ГОСТ 25336—82.

Цилиндр 1—50 по ГОСТ 1770—74.

Эфир петролейный с температурой выкипания 40—70 °С.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77.

(Продолжение см. с. 12)

*(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 5344—82)*

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—87, 50%-ный.

Фенолфталеин, 1%-ный спиртовой раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72».

**Пункт 4.5 исключить,**

**(МУС № 11 1995 г.)**