

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

**Определение остаточных количеств  
пиметрозина в картофеле, огурцах,  
томатах и томатном соке методом  
капиллярной газожидкостной  
хроматографии**

Методические указания  
МУК 4.1.3354—16

Издание официальное

Москва • 2016

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Определение остаточных количеств  
пиметрозина в картофеле, огурцах, томатах и  
томатном соке методом капиллярной  
газожидкостной хроматографии**

**Методические указания  
МУК 4.1.3354—16**

ББК 51.23

О-62

О-62 **Определение остаточных количеств пиметрозина в картофеле, огурцах, томатах и томатном соке методом капиллярной газожидкостной хроматографии: Методические указания.**—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2017.—18 с.

ISBN 978—5—7508—1544—9

1. Разработаны ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора (В. Н. Ракитский, Т. В. Юдина, М. В. Ларькина, О. Е. Егорченкова).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 17 декабря 2015 г. № 2).

3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой 10 марта 2016 г.

4. Введены впервые.

**ББК 51.23**

ISBN 978—5—7508—1544—9

© Роспотребнадзор, 2017

© Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2017

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека,  
Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации

А. Ю. Попова

10 марта 2016 г.

## 4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

**Определение остаточных количеств пиметрозина  
в картофеле, огурцах, томатах и томатном соке методом  
капиллярной газожидкостной хроматографии**

**Методические указания  
МУК 4.1.3354—16**

Свидетельство об аттестации № РОСС RU.0001.310430/0242.26.10.15.


Настоящие методические указания устанавливают порядок применения метода капиллярной газожидкостной хроматографии для измерения концентраций пиметрозина в картофеле, огурцах, томатах и томатном соке в диапазоне 0,01—0,1 мг/кг.

Методические указания носят рекомендательный характер.

**Пиметрозин**

Химический класс – триазины

6-метил-4-[(E)-(пиридин-3-илметил)амино]-4,5-дигидро-2Н-[1,2,4]-триазин-3-он (IUPAC).



$C_{10}H_{11}N_5O$ .

Молекулярная масса: 217,2.

Бесцветный кристаллический порошок без запаха. Температура плавления 217 °С. Давление паров  $4,2 \cdot 10^{-3}$  мПа (при 25 °С). Раствори-

мость в органических растворителях (при 25 °С, мг/дм<sup>3</sup>): в гексане < 1, этаноле – 2 400, ацетоне – 94, дихлорметане – 1 200, этилацетате – 1 200. Растворимость в воде при 25 °С – 320 мг/дм<sup>3</sup> (рН 5), 270 мг/дм<sup>3</sup> (рН 7; 9). Коэффициент распределения в системе н-октанол–вода  $K_{ow} \log P = -0,18$ .

*Краткая токсикологическая характеристика.* Острая пероральная токсичность (LD<sub>50</sub>) для крыс 5 820 мг/кг, (LD<sub>50</sub>); острая дермальная токсичность (LD<sub>50</sub>) для крыс > 2 000 мг/кг; острая ингаляционная токсичность (LC<sub>50</sub>) для крыс > 1,8 мг/дм<sup>3</sup> (4 ч).

*Область применения.* Пиметрозин – инсектицид системного действия, проникает через листовую поверхность в ткани растения. Рекомендуется для борьбы против сосущих и листогрызущих вредителей на злаковых и других культурах.

### 1. Погрешность измерений

При соблюдении всех регламентируемых условий проведения анализа в точном соответствии с данной методикой погрешность (и ее составляющие) результатов измерения при доверительной вероятности  $P = 0,95$  не превышает значений, приведенных в табл. 1 для соответствующих диапазонов концентраций.

Таблица 1

Метрологические параметры

Анализируемый объект	Диапазон определяемых концентраций, мг/кг	Показатель точности (граница относительной погрешности), $+\delta$ %, $P = 0,95$	Показатель повторяемости (среднеквадратичное отклонение повторяемости), $\sigma_p$ %	Показатель воспроизводимости (среднеквадратичное отклонение воспроизводимости), $\sigma_R$ %	Показатель воспроизводимости (среднеквадратичное отклонение воспроизводимости), $r$ %	Предел воспроизводимости (значение допустимого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в разных лабораториях), $R$ %
Плоды томатов	от 0,01 до 0,1 вкл.	50	3,0	4,2	8	12
Томатный сок	от 0,01 до 0,1 вкл.	50	4,0	5,5	11	16
Огурцы	от 0,01 до 0,1 вкл.	50	4,1	5,7	11	16
Картофель	от 0,01 до 0,1 вкл.	50	3,2	4,4	9	12

Полнота извлечения вещества, стандартное отклонение, доверительный интервал среднего результата для всего диапазона измерений ( $n = 20$ ) приведены в табл. 2.

Таблица 2

Анализируемый объект	Метрологические параметры, $P = 0,95$ , $n = 20$				
	предел обнаружения, мг/кг	диапазон определяемых концентраций, мг/кг	полнота извлечения вещества, %	стандартное отклонение, %	доверительный интервал среднего результата, $\pm$ , %
Плоды томатов	0,01	0,01—0,1	91,0	4,1	2,2
Томатный сок	0,01	0,01—0,1	92,0	4,2	2,3
Огурцы	0,01	0,01—0,1	89,0	4,4	2,3
Картофель	0,01	0,01—0,1	90,2	3,1	1,7

## 2. Метод измерений

Метод основан на определении пиметрозина с использованием капиллярной газожидкостной хроматографии (ГЖХ) с масс-селективным (МСД) детектором после извлечения вещества из анализируемых образцов смесью ацетонитрил–вода (80 : 20 по объему), очистки экстрактов перераспределением в системе несмешивающихся растворителей и на колонке с силикагелем.

Количественное определение проводится методом абсолютной калибровки.

## 3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

### 3.1. Средства измерений

Барометр-анероид с диапазоном измерения атмосферного давления 5—790 мм рт. ст. и с пределом допустимой погрешности

$1 \pm 2,5$  мм рт. ст.

Весы аналитические, с пределом взвешивания

110 г и пределом допустимой погрешности

0,001 г

ГОСТ Р 53228—08

Весы лабораторные общего назначения,

с наибольшим пределом взвешивания до 420 г

и пределом допустимой погрешности  $\pm 0,01$  г

ГОСТ Р 53228—08

Газовый хроматограф, снабженный масс-селективным детектором и автоматическим

пробоотборником, предназначенный для работы с капиллярной колонкой	
Гигрометр с диапазоном измерений относительной влажности от 30 до 90 %	
Колбы мерные 2-го класса точности вместимостью 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 1770—74
Меры массы	ГОСТ OIML R 111-1—09
Микрошприц вместимостью 10 мм <sup>3</sup>	
Пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1,0; 2,0; 5,0 и 10 см <sup>3</sup>	ГОСТ 29227—91
Термометр с диапазоном измерений от 0 °С до 55 °С и ценой деления 0,1 °С	ГОСТ 28498—90

**Примечание.** Допускается использование средств измерения с аналогичными или лучшими характеристиками.

### 3.2. Реактивы

Пиметрозин, аналитический стандарт с содержанием основного компонента 99,5 %	
Ацетонитрил для хроматографии, хч	ТУ 6-09-14-2167—84
Ацетон, осч	ГОСТ 2603—79
Гелий газообразный вч, в баллонах	ТУ 0271-001-45905715—02
n-Гексан (гексан), для хроматографии	ТУ 6-09-06-657—84
Вода для лабораторного анализа (бидистиллированная или деионизованная)	ГОСТ Р 52501—05
Калий марганцовокислый (перманганат калия), хч	ГОСТ 20490—75
Калий углекислый (карбонат калия, поташ), хч, прокаленный	ГОСТ 4221—76
Кальций хлористый (хлорид), хч, насыщенный водный раствор	ГОСТ 450—77
Кислота серная, концентрированная, хч	ГОСТ 4204—77
Натрий сернокислый (сульфат) безводный, хч	ГОСТ 4166—76
Натрий хлористый (хлорид натрия), хч, насыщенный водный раствор	ГОСТ 4233—77
Натрия гидроксид (натр едкий), чда	ГОСТ 4328
Силикагель, для колоночной хроматографии (размер частиц 63—200 меш.)	
Фосфора (V) оксид (фосфорный ангидрид, пентоксид фосфора), хч	ГОСТ 22300—76

Этиловый эфир уксусной кислоты (этил-ацетат), хч

**Примечание.** Допускается использование реактивов с более высокой квалификацией, не требующей дополнительной очистки растворителей.

### 3.3. Вспомогательные средства измерений, устройства, материалы

Аппарат для встряхивания	ТУ 64-1-2851—78
Баня ультразвуковая с рабочей частотой 35 кГц	ТУ 2504-1799—75
Баня водяная	
Бумажные фильтры средней и высокой плотности	ТУ 2642-001-05015242—07
Воронка Бюхнера	ГОСТ 9147—80
Воронки делительные вместимостью 250 см <sup>3</sup>	ГОСТ 9737—93
Воронки конусные диаметром 40—45 мм	ГОСТ 25336—82
Груша резиновая	ТУ 9398-005-0576-9082—03
Гомогенизатор бытовой	
Колба Бунзена	ГОСТ 25336—82
Колбы плоскодонные вместимостью 100, 250, 500 см <sup>3</sup>	ГОСТ 9737—93
Колбы круглодонные на шлифе (для упаривания) вместимостью 150 см <sup>3</sup>	ГОСТ 9737—93
Ректификационная колонна с числом теоретических тарелок не менее 30	ГОСТ 25336—82
Ротационный вакуумный испаритель с мембранным насосом, обеспечивающий вакуум до 10 мбар	
Стаканы химические с носиком вместимостью 100, 150 и 250 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336—82
Стекловата	
Стеклянные палочки	
Установка для перегонки растворителей	
Холодильник водяной обратный	
Хроматографическая капиллярная кварцевая колонка длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм, содержащая сорбент: 5 % фенил- и 95 % диметилполисилоксана, толщина пленки сорбента 0,25 мкм	

**Примечание.** Допускается применение оборудования с аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

#### **4. Требования безопасности**

4.1. При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007—76, требования по электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ Р 12.1.019—09, а также требования, изложенные в технической документации на газовый хроматограф.

4.2. Помещение должно соответствовать требованиям пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004—91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009—83. Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать ПДК (ОБУВ), установленных ГН 2.2.5.1313—03 и ГН 2.2.5.2308—07. Организация обучения работников безопасности труда — по ГОСТ 12.0.004—90.

4.3. При работе с газами, находящимися в баллонах под давлением до 15 МПа (150 кгс/см<sup>2</sup>), необходимо соблюдать «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов под давлением», ПБ-03-576-03. Запрещается открывать вентиль баллона, не установив на нем понижающий редуктор.

#### **5. Требования к квалификации операторов**

К выполнению измерений допускают специалистов, прошедших обучение, освоивших методику, владеющих техникой, имеющих опыт работы на газовом хроматографе и подтвердивших соответствие получаемых результатов нормативам контроля погрешности по п. 13.

#### **6. Условия измерений**

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

— процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу проводят при температуре воздуха ( $20 \pm 5$ ) °С и относительной влажности не более 80 %;

— выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

#### **7. Подготовка к выполнению измерений**

Измерениям предшествуют следующие операции: очистка органических растворителей (при необходимости), приготовление градуировочных растворов, раствора внесения, установление градуировочной характеристики, приготовление смесей растворителей для экстракции и очистки экстрактов, подготовка колонки, проверка поведения вещества на колонке с силикагелем.

## **7.1. Очистка органических растворителей**

### **7.1.1. Ацетон**

Ацетон перегоняют над небольшим количеством перманганата калия и прокаленным карбонатом калия или подвергают ректификационной перегонке на колонне с числом теоретических тарелок не менее 30.

### **7.1.2. Ацетонитрил**

Ацетонитрил кипятят с обратным холодильником над пентоксидом фосфора (на 1 дм<sup>3</sup> ацетонитрила 20 г пентоксида фосфора) не менее 1 часа, после чего перегоняют; непосредственно перед употреблением ацетонитрил повторно перегоняют над прокаленным карбонатом калия (на 1 дм<sup>3</sup> ацетонитрила 10 г карбоната калия).

### **7.1.3. n-Гексан**

Растворитель последовательно промывают порциями концентрированной серной кислоты до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться в желтый цвет, затем водой до нейтральной реакции промывных вод; перегоняют над прокаленным карбонатом калия.

### **7.1.4. Этилацетат**

**7.1.4.1. Приготовление раствора натрия углекислого с массовой долей 5 %.** Навеску ( $25 \pm 0,1$ ) г натрия углекислого помещают в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, растворяют в бидистиллированной воде, доводят водой до метки, перемешивают.

**7.1.4.2. Очистка растворителя.** Растворитель промывают последовательно 5%-м водным раствором натрия углекислого, насыщенным раствором хлористого кальция, сушат над прокаленным карбонатом калия и перегоняют или подвергают ректификационной перегонке на колонне с числом теоретических тарелок не менее 30. Хранят в темноте (в емкости из темного стекла) не более месяца.

## **7.2. Приготовление градуировочных растворов и раствора внесения**

**7.2.1. Исходный раствор тиметрозина для градуировки (концентрация 100 мкг/см<sup>3</sup>).** В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> помещают 0,01 г тиметрозина, растворяют в 50—60 см<sup>3</sup> ацетона, доводят ацетоном до метки, тщательно перемешивают.

Раствор хранят в морозильной камере при температуре  $-18^{\circ}\text{C}$  в течение 3 месяцев.

**7.2.2. Рабочий раствор № 1 тиметрозина для градуировки и внесения (концентрация 10,0 мкг/см<sup>3</sup>).** В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> помещают 10,0 см<sup>3</sup> исходного градуировочного раствора с концентраци-

ей 100,0 мкг/см<sup>3</sup> (п. 7.2.1), доводят до метки ацетоном, тщательно перемешивают, получают рабочий раствор № 1 с концентрацией пиметрозина 10,0 мкг/см<sup>3</sup>.

Раствор хранят в морозильной камере при температуре –18 °С в течение месяца.

Этот раствор используют для приготовления проб с внесением при оценке полноты извлечения действующего вещества методом «внесено-найден» и контроля качества результатов измерений методом добавок.

*7.2.3. Рабочие растворы № 2—5 пиметрозина для градуировки (концентрация 0,05—0,5 мкг/см<sup>3</sup>). В 4 мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> помещают 0,5; 1,0; 2,0 и 5,0 см<sup>3</sup> рабочего раствора № 1 с концентрацией 10,0 мкг/см<sup>3</sup> (п. 7.2.2), доводят до метки ацетоном, тщательно перемешивают, получают рабочие растворы № 2—5 с концентрациями пиметрозина 0,05; 0,1, 0,2 и 0,5 мкг/см<sup>3</sup>.*

Растворы хранят в холодильнике при температуре 4—6 °С в течение 7 дней.

### ***7.3. Установление градуировочной характеристики***

Градуировочную характеристику, выражающую линейную (с угловым коэффициентом) зависимость площади пика от концентрации пиметрозина в растворе, устанавливают методом абсолютной калибровки по 4 растворам для градуировки.

В испаритель хроматографа вводят по 1 мм<sup>3</sup> каждого градуировочного раствора и анализируют в условиях хроматографирования по п. 9.4. Осуществляют не менее 5 параллельных измерений. Устанавливают площади пика пиметрозина, на основании которых строят градуировочную зависимость. Градуировочный график проверяют перед проведением измерений, анализируя один из градуировочных растворов. Если значения площадей отличаются более чем на 10 % от параметров градуировочной характеристики, ее строят заново, используя свежеприготовленные рабочие растворы для градуировки.

### ***7.4. Приготовление смеси ацетонитрил–вода для экстракции***

*7.4.1. Смесь ацетонитрил–вода (объемное соотношение 8 : 2).* В мерную колбу вместимостью 1 000 см<sup>3</sup> помещают 800 см<sup>3</sup> ацетонитрила и 200 см<sup>3</sup> воды, тщательно перемешивают. Раствор хранят в темном месте (емкости из темного стекла) не более 14 суток.

### **7.5. Подготовка смесей гексан–этилацетат для очистки экстрактов на колонке с силикагелем**

7.5.1. Смесью гексан–этилацетат (объемное соотношение 9 : 1). В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> помещают 90 см<sup>3</sup> гексана и 10 см<sup>3</sup> этилацетата, перемешивают.

7.5.2. Смесью гексан–этилацетат (объемное соотношение 8 : 2). В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> помещают 80 см<sup>3</sup> гексана и 20 см<sup>3</sup> этилацетата, перемешивают.

7.5.3. Смесью гексан–этилацетат (объемное соотношение 6 : 4). В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> помещают 60 см<sup>3</sup> гексана и 40 см<sup>3</sup> этилацетата, перемешивают.

### **7.6. Подготовка колонки с силикагелем для очистки экстрактов**

Нижнюю часть стеклянной колонки длиной 25 см, внутренним диаметром 10—12 мм уплотняют тампоном из стекловаты, выливают в колонку (при открытом кране) суспензию 4 г силикагеля в 20 см<sup>3</sup> гексана. Дают растворителю стечь до верхнего края сорбента, на который помещают слой безводного сульфата натрия высотой 1 см. Колонку последовательно промывают смесью гексан–этилацетат в объемном соотношении 6 : 4, затем 9 : 1, порциями по 30 см<sup>3</sup>. Скорость прохождения растворителя 1—2 капли в секунду. Колонка готова к работе.

### **7.7. Проверка хроматографического поведения пиметрозина на колонке с силикагелем**

В круглодонную колбу вместимостью 150 см<sup>3</sup> помещают 0,5 см<sup>3</sup> рабочего раствора № 1 пиметрозина с концентрацией 10 мкг/см<sup>3</sup> (п. 7.2.2), упаривают досуха на ротационном испарителе при температуре водяной бани не выше 35 °С. Сухой остаток растворяют в 0,5 см<sup>3</sup> этилацетата, вносят 4,5 см<sup>3</sup> гексана, помещая на ультразвуковую баню на 40—60 с. Раствор наносят на колонку, подготовленную по п. 7.6. Колбу обмывают дважды смесью гексан–этилацетат (9 : 1 по объему), порциями по 3 см<sup>3</sup>, которые также наносят на колонку. Скорость прохождения растворителя через колонку – 1—2 капли в секунду. Колонку промывают последовательно гексаном, смесью гексан–этилацетат (9 : 1 по объему), смесью гексан–этилацетат (8 : 2 по объему) порциями по 20 см<sup>3</sup>, элюаты отбрасывают.

Затем колонку промывают 60 см<sup>3</sup> смеси гексан–этилацетат (6 : 4 по объему) со скоростью 1—2 капли в секунду. Фракционно (по 10 см<sup>3</sup>) отбирают элюат, упаривают, остатки растворяют в 2 см<sup>3</sup> ацетона и анализируют на содержание пиметрозина по п. 9.4.

Фракции, содержащие пиметрозин, объединяют и вновь анализируют.

Устанавливают уровень вещества в элюате, определяют полноту смывания с колонки и необходимый для очистки объем элюента.

**Примечание.** Проверку хроматографического поведения пиметрозина следует проводить обязательно, поскольку профиль вымывания может изменяться при использовании новой партии сорбентов и растворителей.

## 8. Отбор и хранение проб

Отбор проб производится в соответствии с правилами, определенными: ГОСТ Р 51810—01 «Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой сети. Технические условия»; ГОСТ Р 54752—11 «Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия»; ГОСТ 7176—85 «Картофель свежий продовольственный, заготавливаемый и поставляемый. Технические условия» и ГОСТ 26313—84 «Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб»; «Унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов» (№ 2051-79 от 21.08.79).

Пробы томатов, огурцов и картофеля хранят в полиэтиленовой таре в холодильнике не более 5 дней, для длительного хранения образцы замораживают и хранят при температуре  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Пробы томатного сока анализируют в день приготовления.

Перед анализом образцы плодов томатов, огурцов и картофеля измельчают с помощью гомогенизатора.

## 9. Выполнение определения

### 9.1. Экстракция

#### 9.1.1. Томаты (плоды), огурцы, картофель

Образец измельченных плодов томатов, огурцов, картофеля массой 10 г помещают в плоскодонную колбу вместимостью  $250\text{ см}^3$ , добавляют смесь ацетонитрил–вода (80 : 20 по объему) в количестве  $70\text{ см}^3$  и помещают на аппарат для встряхивания на 1 час. Пробе дают отстояться, затем надосадочную жидкость фильтруют на воронке Бюхнера с помощью разряжения, создаваемого водоструйным насосом, через двойной фильтр средней плотности. Экстракцию повторяют дважды, используя  $20\text{ см}^3$  смеси ацетонитрил–вода (80 : 20 по объему), выдерживая каждый раз по 2 мин на ультразвуковой бане и 30 мин на аппарате для

встряхивания. Осадок на фильтре промывают  $10 \text{ см}^3$  той же смеси растворителей.

Объединенный отфильтрованный экстракт перемешивают и переносят в колбу для упаривания на  $250 \text{ см}^3$ , упаривают на ротационном вакуумном испарителе при температуре бани не выше  $35 \text{ }^\circ\text{C}$  до водного остатка (объем  $15\text{—}25 \text{ см}^3$ ) и подвергают очистке перераспределением в системе несмешивающихся растворителей по п. 9.2, затем на колонке с силикагелем по п. 9.3.

#### *9.1.2. Томатный сок*

К образцу томатного сока массой  $10 \text{ г}$ , находящемуся в конической колбе (с пришлифованной пробкой) вместимостью  $250 \text{ см}^3$ , добавляют  $70 \text{ см}^3$  смеси ацетонитрил–вода ( $80 : 20$  по объему), интенсивно встряхивают в течение  $5 \text{ мин}$ , помещают в холодильник ( $4\text{—}6 \text{ }^\circ\text{C}$ ) на  $1 \text{ час}$ . Экстракт фильтруют на воронке Бюхнера через двойной бумажный фильтр средней плотности под вакуумом, дважды промывая остаток на фильтре смесью ацетонитрил–вода ( $80 : 20$  по объему) порциями по  $20 \text{ см}^3$ .

Полученный экстракт переносят в круглодонную колбу вместимостью на  $150 \text{ см}^3$ , упаривают на ротационном вакуумном испарителе при температуре бани не выше  $35 \text{ }^\circ\text{C}$  до водного остатка (объем  $15\text{—}20 \text{ см}^3$ ) и подвергают очистке по п. 9.2.

#### *9.2. Очистка экстракта перераспределением в системе несмешивающихся растворителей*

Водный остаток, полученный по п. 9.1.1 или 9.1.2, переносят в делительную воронку вместимостью  $250 \text{ см}^3$ . Колбу дополнительно обмывают  $20 \text{ см}^3$  деионизованной воды, которую также переносят в воронку, вносят  $10 \text{ см}^3$  насыщенного раствора хлористого натрия, перемешивают, затем добавляют  $20 \text{ см}^3$  гексана и интенсивно встряхивают в течение  $2 \text{ мин}$ . После полного разделения фаз нижний, водный, слой отделяют, переносят в коническую колбу. Верхний, гексановый, слой отбрасывают. Водную фазу возвращают в делительную воронку и повторяют операцию промывки, используя  $10 \text{ см}^3$  гексана.

Далее водный экстракт помещают в другую делительную воронку, вместимостью  $250 \text{ см}^3$ , добавляют  $30 \text{ см}^3$  этилацетата и интенсивно встряхивают  $5 \text{ мин}$ . Для полного разделения фаз содержимое воронки должно отстояться  $10\text{—}15 \text{ мин}$ . Следы этилацетата в водной фазе недопустимы, поскольку это снижает полноту извлечения вещества.

После полного разделения фаз верхний, органический, слой отделяют, фильтруют через слой безводного сульфата натрия (толщиной около 1 см), помещенный на бумажном фильтре в конусной воронке, в круглодонную колбу вместимостью 150 см<sup>3</sup>. Процедуру экстракции водной фазы повторяют дважды, новыми порциями этилацетата объемом 20 см<sup>3</sup>.

После завершения экстракции сульфат натрия промывают 10 см<sup>3</sup> этилацетата.

Объединенную органическую фазу, пропущенную через слой сульфата натрия, упаривают на ротационном испарителе при температуре не выше 35 °С досуха и подвергают дополнительной очистке на колонке с силикагелем по п. 9.3.

### **9.3. Очистка экстракта на колонке с силикагелем**

Остаток, полученный по п. 9.1.2 и 9.2, находящийся в круглодонной колбе, растворяют в 0,5 см<sup>3</sup> этилацетата, вносят 4,5 см<sup>3</sup> гексана и помещают на ультразвуковую баню на 60 с. Раствор наносят на колонку, подготовленную по п. 7.6. Колбу обмывают дважды смесью гексан–этилацетат (9 : 1 по объему), приготовленной по п. 7.5.1, порциями по 3 см<sup>3</sup>, которые также наносят на колонку. Скорость прохождения растворителя через колонку – 1—2 капли в секунду. Последовательно промывают колонку гексаном, смесью гексан–этилацетат (9 : 1 по объему), смесью гексан–этилацетат (8 : 2 по объему) порциями по 20 см<sup>3</sup>, элюаты отбрасывают.

Пиметрозин элюируют с колонки 60 см<sup>3</sup> смеси гексан–этилацетат (6 : 4 по объему), приготовленной по п. 7.6, со скоростью 1—2 капли в секунду, собирая элюат в круглодонную колбу вместимостью 150 см<sup>3</sup>. Раствор упаривают досуха при температуре не выше 35 °С. Сухой остаток растворяют в 2 см<sup>3</sup> ацетона и анализируют содержание пиметрозина по п. 9.4.

**Примечание.** Объем элюата может быть изменен в соответствии с результатами проверки хроматографического поведения вещества на колонке по п. 7.7.

### **9.4. Условия хроматографирования**

#### **9.4.1. Газовый хроматограф с масс-селективным детектором**

Хроматографическая капиллярная кварцевая колонка длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм, содержащая сорбент 5 % – фенил и 95 % – диметилполисилоксан (толщина пленки сорбента 0,25 мкм).

Температура детектора: квадруполя – 150 °С, источника – 230 °С, переходной камеры – 280 °С.

Температура испарителя: 275 °С.

Температура термостата колонки программированная. Начальная температура – 180 °С, выдержка 2 мин, нагрев колонки со скоростью 8 градусов в минуту до температуры 260 °С, выдержка 8 мин.

Газ 1 (гелий): поток в колонке 1,0 см<sup>3</sup>/мин.

Давление – 103,2 кПа.

Средняя линейная скорость – 38,0 см/с.

Хроматографируемый объем: 1 мм<sup>3</sup>.

Режим сканирования – SIM, m/z: 98,113, 105.

Линейный диапазон детектирования: 0,05—0,5 нг.

Образцы, дающие пики большие, чем градуировочный раствор пиметрозина с концентрацией 0,5 мкг/см<sup>3</sup>, разбавляют ацетоном, не более чем в 50 раз.

## 10. Обработка результатов анализа

Содержание пиметрозина в пробе ( $X$ , мг/кг) рассчитывают по формуле:

$$X = \frac{A \cdot V}{m}, \text{ где}$$

$X$  – содержание пиметрозина в пробе, мг/кг;

$A$  – концентрация пиметрозина, найденная по градуировочной характеристике в соответствии с величиной площади хроматографического пика, мкг/см<sup>3</sup>;

$V$  – объем экстракта, подготовленного для хроматографирования, см<sup>3</sup>;

$m$  – масса анализируемого образца, г.

## 11. Проверка приемлемости результатов параллельных определений

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает предела повторяемости:

$$\frac{2 \cdot |X_1 - X_2| \cdot 100}{(X_1 + X_2)} \leq r, \text{ где}$$

$X_1, X_2$  – результаты параллельных определений, мг/кг;

$r$  – значение предела повторяемости (табл. 1), при этом  $r = 2,8\sigma_r$ .

При невыполнении условия выясняют причины превышения предела повторяемости, устраняют их и вновь выполняют анализ.

## 12. Оформление результатов

Результат анализа представляют в виде:

$(\bar{X} \pm \Delta)$  мг/кг при вероятности  $P = 0,95$ , где

$\bar{X}$  – среднее арифметическое результатов определений, признанных приемлемыми, мг/кг;

$\Delta$  – граница абсолютной погрешности, мг/кг;

$$\Delta = \frac{\delta \cdot X}{100}, \text{ где}$$

$\delta$  – граница относительной погрешности методики (показатель точности в соответствии с диапазоном концентраций, табл. 1), %.

Если содержание компонента менее нижней границы диапазона определяемых концентраций, то результат анализа представляют в виде:

*«содержание пиметрозина в пробе менее 0,01 мг/кг»\**

\* 0,01 мг/кг – предел обнаружения пиметрозина в картофеле, огурцах, томатах и томатном соке соответственно.

## 13. Контроль качества результатов измерений

Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости измерений осуществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1-6—02 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений».

### 13.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики.

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят в начале и по окончании каждой серии анализов.

При контроле стабильности градуировочной характеристики проводят измерения не менее двух образцов концентраций для градуировки, содержание пиметрозина в которых должно охватывать весь диапазон концентраций от 0,05 до 0,5 мкг/см<sup>3</sup>.

Градуировочная характеристика считается стабильной, если для каждого используемого для контроля градуировочного раствора сохраняется соотношение:

$$A = \frac{(X - C) \cdot 100}{C} \leq B, \text{ где}$$

$X$  – концентрация пиметрозина в пробе при контрольном измерении, мкг/см<sup>3</sup>;

$C$  – известная концентрация градуировочного раствора пиметрозина, взятая для контроля стабильности градуировочной характеристики, мкг/см<sup>3</sup>;

$B$  – норматив контроля погрешности градуировочной характеристики, % ( $B = 10\%$  при  $P = 0,95$ ).

Если величина расхождения ( $A$ ) превышает  $10\%$ , делают вывод о невозможности применения градуировочной характеристики для дальнейших измерений. В этом случае выясняют и устраняют причины нестабильности градуировочной характеристики и повторяют контроль ее стабильности с использованием других градуировочных растворов пиметрозина, предусмотренных МВИ. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики устанавливают ее заново согласно п. 7.3.

Стабильность результатов измерений контролируют перед проведением измерений, анализируя один из градуировочных растворов.

**13.2. Плановый внутрилабораторный оперативный контроль процедуры выполнения анализа** проводится методом добавок.

Величина добавки  $C_0$  должна удовлетворять условию:

$$C_0 \geq \Delta_{n,\bar{X}} + \Delta_{n,\bar{X}'}, \text{ где}$$

$\pm \Delta_{n,\bar{X}}$  ( $\pm \Delta_{n,\bar{X}'}$ ) – характеристика погрешности (абсолютная погрешность) результатов анализа, соответствующая содержанию компонента в испытуемом образце (расчетному значению содержания компонента в образце с добавкой соответственно) мг/кг, при этом:

$$\Delta_n = \pm 0,84 \Delta, \text{ где}$$

$\Delta$  – граница абсолютной погрешности, мг/кг;

$$\Delta = \frac{\delta \cdot X}{100}, \text{ где}$$

$\delta$  – граница относительной погрешности методики (показатель точности в соответствии с диапазоном концентраций, табл. 1), %.

Результат контроля процедуры  $K_K$  рассчитывают по формуле:

$$K_K = \bar{X}' - \bar{X} - C_0, \text{ где}$$

$\bar{X}'$ ,  $\bar{X}$ ,  $C_0$  – среднее арифметическое результатов параллельных определений (признанных приемлемыми по п. 11) содержания компонента в образце с добавкой, испытуемом образце, концентрация добавки соответственно, мг/кг;

Норматив контроля  $K$  рассчитывают по формуле:

$$K = \sqrt{\Delta_{n,\bar{X}'}^2 + \Delta_{n,\bar{X}}^2}$$

Проводят сопоставление результата контроля процедуры ( $K_k$ ) с нормативом контроля ( $K$ ).

Если результат контроля процедуры удовлетворяет условию

$$|K_k| \leq K, \quad (1)$$

процедуру анализа признают удовлетворительной.

При невыполнении условия (1) процедуру контроля повторяют. При повторном невыполнении условия (1) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

**13.3. Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости.**

Расхождение между результатами измерений, выполненных в условиях воспроизводимости (разное время, разные операторы, разные лаборатории), не должно превышать предела воспроизводимости ( $R$ ):

$$\frac{2 \cdot |X_1 - X_2| \cdot 100}{(X_1 + X_2)} \leq R, \text{ где} \quad (2)$$

$X_1, X_2$  – результаты измерений, выполненных в условиях воспроизводимости (разное время, разные операторы, разные лаборатории), мг/кг;

$R$  – предел воспроизводимости (в соответствии с диапазоном концентраций, табл. 1), %.

**Определение остаточных количеств пиметрозина в картофеле,  
огурцах, томатах и томатном соке методом капиллярной  
газожидкостной хроматографии**

**Методические указания  
МУК 4.1.3354—16**

Ответственный за выпуск Н. В. Митрохина

Редакторы К. В. Шмат  
Компьютерная верстка Е. В. Ломановой

Подписано в печать 07.02.17

Формат 60x88/16

Тираж 125 экз.

Печ. л. 1,25  
Заказ 12

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован  
отделением издательского обеспечения отдела научно-методического обеспечения  
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора  
117105, Москва, Варшавское ш., 19а  
Реализация печатных изданий, тел./факс: 8 (495) 952-50-89