



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДНЫЕ
ЗАКРЫТЫЕ**

**НОРМЫ СТЕПЕНЕЙ ЖЕСТКОСТИ ПРИ
КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ,
КЛАССЫ ПРОЧНОСТИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

**ГОСТ 25926—90
(СТ СЭВ 3839—82)**

Издание официальное

40 коп.
БЗ 11—90/887

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ

Нормы степеней жесткости при климатических
и механических воздействиях,
классы прочности и методы испытаний

ГОСТ
25926—90

Radionuclide ionising radiation sealed sources,
Norms of degrees of rigidity under climatic and
mechanical influences,
durability classes and test methods

(СТ СЭВ 3839—82)

ОКП 70 1500; 70 1600; 70 1700; 70 1800

Срок действия с 01.01.92*
до 01.01.97

Настоящий стандарт распространяется на закрытые радионуклидные источники ионизирующего излучения (далее — источники) и устанавливает нормы степеней жесткости климатических и механических воздействий при эксплуатации, а также классы прочности для источников по ГОСТ 27212 и методы испытаний.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. НОРМЫ СТЕПЕНЕЙ ЖЕСТКОСТИ

1.1. Источники в течение всего назначенного срока службы в процессе и (или) после воздействия климатических и механических факторов внешней среды должны сохранять параметры и характеристики (исключая изменения радиационных параметров, обусловленные радиоактивным распадом) в пределах норм, установленных в нормативно-технической документации (НТД) на конкретный тип источника.

* Порядок введения стандарта в действие — в соответствии с приложением 3.

1.2. Виды воздействующих факторов и их значения по степеням жесткости должны выбираться в зависимости от условий эксплуатации, транспортирования и хранения конкретных типов источников и соответствовать указанным в табл. 1—5.

Таблица 1

Воздействующий фактор		Степени жесткости воздействия								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Температура	Диапазон изменения температуры, °С	От —10 до +40	От —50 до +50	От —60 до +90	От —60 до +150	От —60 до +250	От —60 до +400	От —60 до +600	От —60 до +800	От —60 до +1100

Таблица 2

Воздействующий фактор		Степени жесткости воздействия			
		1	2	3	4
Влажность	Диапазон изменения относительной влажности, %	До 98			
	Диапазон изменения температуры, °С	До 30	До 40	До 50	До 60

Таблица 3

Воздействующий фактор		Степени жесткости воздействия							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Давление	Диапазон изменения давления, кПа	От 95 до 105	От 25 до 105	От 25 до 500	От 25 до 1000	От 25 до 2000	От 25 до 7000	От 25 до 70000	От 25 до 170000

Таблица 4

Воздействующий фактор		Степени жесткости воздействия						
		1	2	3	4	5	6	7
Удар	Максимальное ускорение, м/с ²	50	150	500	1000	1500	3000	5000
	Длительность импульса, мс	До 100	До 30	До 10	До 5	До 3	До 1,5	До 1,0

Таблица 5

Воздействующий фактор		Степени жесткости воздействия				
		1	2	3	4	5
Синусоидальная вибрация	Диапазон частот, Гц	От 5 до 50	От 5 до 500	От 5 до 1000	От 5 до 2000	От 5 до 5000
	Амплитуда ускорения, м/с ²	От 5 до 50	От 5 до 150	От 5 до 200	От 5 до 250	От 5 до 400

1.3. Степени жесткости воздействующих факторов должны устанавливаться в НТД на конкретный тип источника.

1.4. Методика контроля или гарантии качества источника (при необходимости) должна быть установлена в НТД на конкретный тип источника.

2. КЛАССЫ ПРОЧНОСТИ

2.1. Классы прочности и соответствующие им испытательные нормы по воздействующим факторам приведены в табл. 6.

2.2. Класс прочности (от 1 до 6) по отношению к каждому воздействующему фактору присваивается определенному типу источника на основании расчета или результатов испытаний в соответствии с разд. 3.

2.3. Классы прочности источников для типичных областей применения по соответствующему воздействующему фактору должны быть не ниже указанных в табл. 7.

Таблица 6

Воздействующий фактор		Испытательные нормы для классов прочности					
		1	2	3	4	5	6
Температура	Минимальная, °С	Без испытаний	—40	—40	—40	—40	—40
	Продолжительность воздействия, мин		20	20	20	20	20
	Максимальная, °С		+80	+180	+400	+600	+800
	Продолжительность воздействия, мин		60	60	60	60	60
	Диапазон изменения температуры, °С		—	—	От 40 до 20	От 60 до 20	От 80 до 20
Внешнее давление	Диапазон изменения давления, МПа	Без испытаний	От 0,025 до атмосферного давления	От 0,025 до 2	От 0,025 до 7	От 0,025 до 70	От 0,025 до 170
Удар с высоты 1 м молотом массой, кг		Без испытаний	0,05	0,2	2	5	20

Воздействующий фактор		Испытательные нормы для классов прочности								
		1	2	3			4		5	6
Синусои- дальная вибрация	Диапазон частот, Гц	Без ис- пытаний	От 25 до 800	От 25 до 50	От 50 до 90	От 90 до 500	От 25 до 80	От 80 до 2000	—	—
	Максимальное ускорение, м/с ²		50	50	—	100	—	200	—	—
	Амплитуда пере- мещения, мм		—	—	0,635	—	1,5	—	—	—
	Продолжитель- ность воздействия, мин		10	10			30		—	—
	Количество цик- лов воздействия		3	3			3		—	—
Прокол с высоты 1 м моло- том массой, кг		Без ис- пытаний	0,001	0,01			0,05		0,3	1,0

Таблица 7

Типичная область применения закрытого источника	Классы прочности по воздействию фактору				
	Температура	Давление	Удар	Вибрация	Прокол
1. Промышленная радиография: закрытый источник используется вне блока источника закрытый источник используется в блоке источника	4	3	5	1	5
	4	3	3	1	3
2. Медицина: радиография телетерапия внутриполостные аппликаторы поверхностные аппликаторы	3	2	3	1	2
	5	3	5	2	4
	5	3	2	1	1
	4	3	3	1	2
3. Приборы и установки с источниками гамма-излучения: закрытый источник используется вне блока источника закрытый источник используется в блоке источника	4	3	3	3	3
	4	3	2	3	2
4. Приборы с источниками бета-излучения и низкоэнергетическими гамма- и рентгеновским излучениями для флуоресцентного анализа (за исключением источников, наполненных газами)	3	3	2	2	2
5 Каротаж буровых скважин	5	6	5	2	2
6 Переносные влагомеры и плотномеры (переносимые в руках или транспортируемые на тележках)	4	3	3	3	3
7. Нейтронные источники общего назначения (за исключением источников для пуска реакторов)	4	3	3	2	3

Продолжение табл. 7

Типичная область применения закрытого источника	Классы прочности по воздействию фактору				
	Температура	Давление	Удар	Вибрация	Прокол
8. Калибровочные источники с активностью более 1,1 МБк	2	2	2	1	2
9. Радиационные гамма-установки: закрытый источник используется вне блока источника закрытый источник используется в блоке источника	4	3	4	2	4
	4	3	3	2	3
10. Генераторы ионов. хроматографы нейтрализаторы детекторы дыма	3	2	2	1	1
	2	2	2	2	2
	3	2	2	2	2

Примечания.

1. Область применения (типичная или иная) источника должна устанавливаться в НТД на конкретный тип источника на основе анализа реальных условий эксплуатации с учетом вероятности аварийных ситуаций.

2. Для генераторов ионов испытаниям может быть подвергнут блок источника.

2.4. В соответствии с классификацией по табл. 7 активность радионуклидов в источнике с учетом группы токсичности не должна превышать соответствующих значений, указанных в табл. 8.

Таблица 8

Группа токсичности радионуклидов	Значение активности радионуклидов в источнике, ТБк, не более	
	Радиоактивное вещество выщелачиваемое и (или) химически активное	Радиоактивное вещество не выщелачиваемое и (или) химически неактивное
А	0,01	0,1
В ₁	1	10
В ₂	10	100
С	20	200

Примечание. Группы токсичности радионуклидов приведены в приложении 2 и соответствуют группам радиационной опасности (А, Б, В, Г), установленным ОСП-72

2.5. В случае превышения значений активности радионуклидов в источнике, указанных в табл. 8, классы прочности для типичных областей применения (табл. 7) могут быть повышены с учетом анализа вероятности возникновения аварийных ситуаций и последствий возможного аварийного разрушения источника.

2.5.1. Если требования к прочности источников выходят за пределы испытательных норм, указанных в табл. 6, для класса 6, оценку прочности или испытания источников условно относят к категории «специальных испытаний», а в обозначении класса прочности по данному воздействующему фактору записывают индекс X.

2.6. Обозначение источника по классам прочности должно начинаться с заглавной буквы С или Е и после интервала включать пять цифр (или индексов X), соответствующих установленным значениям по каждому воздействующему фактору.

Последовательность воздействующих факторов — по п. 2.1.

2.6.1. Буква С означает, что активность радионуклидов в источнике не превышает значений, указанных в табл. 8.

Буква Е означает, что активность радионуклидов превышает эти значения.

Первая цифра означает класс прочности по отношению к воздействию температуры, вторая — внешнего давления, третья — удара, четвертая — вибрации, пятая — прокола.

Пример условного обозначения источника:

*Источник по классам прочности соответствует
С 56522 ГОСТ 25926—90*

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Требования к средствам испытаний

3.1.1. Выбор средств испытаний и измерений контролируемых параметров и характеристик источников должен осуществляться в соответствии с требованиями и положениями Государственной системы обеспечения единства измерений, позволяющих получить допустимые суммарные погрешности измерений с доверительной вероятностью не менее 0,9.

3.1.2. Требования к испытательному оборудованию допускаются устанавливать в программе и методике конкретных испытаний, исходя из специфики и необходимости дистанционного характера работы с источниками.

3.2. Требования к проведению испытаний

3.2.1. Оценка прочности источника по отношению к воздействующему фактору и подтверждение соответствующего класса прочности должно осуществляться по результатам проверки герметичности (согласно п. 3.3.6) при проведении испытаний.

3.2.2. Каждому испытанию по табл. 6 следует подвергать не менее двух источников (или их имитаторов) данного типа, конкретный выбор которых усганавливается программой испытаний.

Последовательность испытаний не регламентируется. Для каждого последующего испытания допускается использовать источники, которые предыдущим испытаниям не подвергались.

3.2.3. Испытания источников или имитаторов с радиоактивной меткой следует проводить в специально оборудованных производственных помещениях.

Производственные помещения должны отвечать требованиям, указанным в разд. 4.

3.2.3.1. Испытания неактивных имитаторов допускается проводить в помещениях, к которым специальные требования не предъявляются, или на контролируемой испытательной площадке.

3.2.4. Испытания проводят с учетом требований рабочих инструкций на измерительные приборы и испытательное оборудование.

3.2.5. При изменении конструкции и технологии изготовления данного типа источника, влияющих на безопасность использования его по назначению, испытаниям на прочность должны быть подвергнуты новые источники (или их имитаторы).

3.3. Проведение испытаний

3.3.1. Испытание на воздействие температуры

3.3.1.1. Испытания следует проводить в нагревательных или охлаждающих устройствах, объем рабочего пространства которых должен превышать пятикратный объем источника в условиях воздушной среды, за исключением испытания при температуре ниже 0°C, когда допускается наличие двуокиси углерода или паров азота. Если для испытания используют газовую или масляную печь, то в течение всей работы в ней должна быть обеспечена окислительная газовая среда.

Источники следует выдерживать:

не менее 1 ч — при максимальной для данного класса прочности температуре;

не менее 20 мин — при минимальной для данного класса прочности температуре.

3.3.1.2. Источник, подвергаемый испытанию на воздействие минимальной температуры, должен быть охлажден до температуры испытания за время не более 45 мин.

3.3.1.3. Для источника, подвергаемого испытанию на воздействие максимальной температуры, время нагрева до температуры испытания должно соответствовать значениям, указанным в табл. 9.

Температура, °С	Продолжительность нагрева, мин, не более
80	5
180	10
400	25
600	40
800	70

3.3.1.4. Для классов прочности 4, 5 и 6 источники подвергают однократному испытанию на воздействие изменения температуры (термоудар).

Этому испытанию подвергают источники, выдержавшие испытания на воздействие температуры.

Допускается испытание на воздействие термоудара источников, предварительно не подвергавшихся испытанию на воздействие температуры.

При испытании на воздействие термоудара источник должен быть нагрет до максимальной температуры, предусмотренной для данного класса, и выдержан при этой температуре не менее 15 мин.

После этого источник следует за время не более 15 с перенести в проточную или непроточную воду с температурой не выше 20°С. Расход проточной воды в 1 мин должен в 10 или более раз превышать объем источника. Объем непроточной воды должен превышать объем источника не менее чем в 20 раз.

3.3.2. Испытание на воздействие внешнего давления

3.3.2.1. При испытаниях допускается использовать различные испытательные камеры.

3.3.2.2. Источник помещают в камеру и дважды подвергают его испытанию под давлением не менее 5 мин в каждом цикле при давлении выше и ниже атмосферного в соответствии с табл. 6.

При испытании под высоким давлением применяют гидростатический метод с использованием воды в качестве испытательного реагента. В случае применения масла источник помещают в герметичный полиэтиленовый мешок с водой. Допускается также использование пневматического оборудования с учетом помещения источника в герметичный полиэтиленовый пакет.

3.3.3. Испытание на воздействие удара

3.3.3.1. Для проведения испытания необходимо:

выбрать стальной молот массой в соответствии с табл. 6.

Основные параметры молота:

диаметр сечения ударной плоской поверхности — 25 мм, радиус закругления кромки поверхности — 3 мм с центром тяжести

молота на оси, проходящей через центр ударной поверхности и точку закрепления молота;

установить высоту падения молота не менее 1 м между предполагаемой поверхностью соударения источника, расположенного на стальной наковальне, масса которой не менее чем в 10 раз превышает массу молота, и ударной поверхностью молота, находящегося в исходном положении перед свободным падением;

расположить источник так, чтобы при однократном падении на него молота нарушение герметичности источника было наиболее вероятно, причем между источником и наковальней допускается располагать жестко скрепленную оснастку — гнездо под источник.

3.3.4. Испытание на воздействие синусоидальной вибрации

3.3.4.1. Для проведения испытаний применяют вибрационную установку, позволяющую обеспечить воздействие нагрузок согласно классам прочности, указанным в табл. 6.

Крепление источника к вибрационному столу должно обеспечивать постоянный жесткий контакт источника с виброповерхностью.

Испытание проводят по трем полным циклам, соответствующим каждому из условий испытаний, указанных в табл. 6, вдоль главных осей источника. Испытание должно быть проведено в течение времени и в диапазоне частот согласно требованиям табл. 6 с одинаковой скоростью прохождения частот от минимальной до максимальной и обратно. Допускается проведение испытаний на фиксированных частотах и дополнительно проводят испытания в течение 30 мин на каждой обнаруженной резонансной частоте.

3.3.5. Испытание на воздействие прокола

Для проведения испытания необходимо:

выбрать стальной молот массой в соответствии с табл. 6, оснащенной жестко закрепленным бойком.

Основные параметры бойка:

твердость от 50 до 60 HRC, по ГОСТ 9013, длина не менее 6 мм, диаметр — 3 мм с полусферической ударной поверхностью и центром тяжести молота на оси, проходящей через центр ударной поверхности бойка и точку закрепления молота;

установить высоту падения молота не менее 1 м между предполагаемой точкой соударения источника, расположенного на стальной наковальне, масса которой не менее чем в 10 раз превышает массу молота, и острием бойка молота, находящегося в исходном положении перед свободным падением;

расположить источник так, чтобы при однократном опускании на него молота и ударе бойком нарушение герметичности источника было наиболее вероятно, причем между источником и наковальней допускается располагать жестко скрепленную оснастку — гнездо под источник.

3.3.6. Проверка герметичности источников и оценка результатов испытаний

3.3.6.1. Проверка герметичности источников должна осуществляться до и после каждого вида испытаний по пп. 3.3.1—3.3.5 с целью контроля герметизирующей системы источника или его имитатора, соответствующей классам прочности, установленным в результате расчета или испытаний.

3.3.6.2. Результаты испытаний считают отрицательными, если один из двух источников после испытаний на данный воздействующий фактор и данный класс прочности окажется негерметичным.

3.3.6.3. Результаты испытаний считают положительными, если после испытаний в многооболочечной системе источника сохранится герметичность не менее одной оболочки.

3.3.6.4. Выбор метода контроля герметичности и критерия оценки его результата должен проводиться с учетом типа источника, характера его повреждения и устанавливаться в НТД или программе испытаний.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При проведении испытаний источников должны выполняться требования «Норм радиационной безопасности» НРБ-76, «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» ОСП-72, утвержденных Главным Государственным санитарным врачом СССР.

4.2. Помещения для проведения испытаний должны соответствовать требованиям ОСП-72, разд. 6.

Класс работ должен устанавливаться в зависимости от группы радиационной опасности радионуклидов, к которой относится исследуемый источник, и его активности, определяемой по НТД на данный тип источника.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснение
Химически высокоактивное вещество	Вещество, обладающее высокой реакционной способностью на воздухе или в воде (металлические Na, K, U, Cs и т. п.)
Химически низкоактивное вещество	Вещество, обладающее низкой реакционной способностью на воздухе или в воде (Au, Ir, керамика и т. п.)
Выщелачиваемое вещество	Вещество, более 0,01% которого выщелачивается за 48 ч в воде, объемом не менее 100 см ³ при 20°C без перемешивания
Невыщелачиваемое вещество	Вещество, не более 0,01% которого выщелачивается за 48 ч в воде, объемом не менее 100 см ³ при 20°C без перемешивания
Блок закрытого радионуклидного источника ионизирующего излучения	Часть установки или прибора, в которую помещен закрытый радионуклидный источник ионизирующего излучения для использования его в заданных целях и которая обеспечивает дополнительную защиту источника от внешних механических воздействий

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ПО ГРУППАМ ТОКСИЧНОСТИ

Группа токсичности	Радионуклид					
Группа А (высокотоксичные)	²²⁷ Ac	²⁴² Cm	²³¹ Pa	²⁴¹ Pu	²²⁸ Th	
	²⁴¹ Am	²⁴³ Cm	²¹⁰ Pb	²⁴² Pu	²³⁰ Th	
	²⁴³ Am	²⁴⁴ Cm	²¹⁰ Po	²²³ Ra	²³⁰ U	
	²⁴⁹ Cf	²⁴⁵ Cm	²³⁸ Pu	²²⁶ Ra	²³² U	
	²⁵⁰ Cf	²⁴⁶ Cm	²³⁹ Pu	²²⁸ Ra	²³³ U	
	²⁵² Cf	²³⁷ Np	²⁴⁰ Pu	²²⁷ Th	²³⁴ U	
	Группа В1 (среднетоксичные)	²²⁸ Ac	³⁶ Cl	¹²⁵ I	²¹² Pb	¹⁶⁰ Tb
^{110m} Ag		⁵⁶ Co	¹²⁶ I	²²⁴ Ra	^{127m} Te	
²¹¹ At		⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹⁰⁶ Ru	^{129m} Te	
¹⁴⁰ Ba		¹³⁴ Cs	¹³³ I	¹²⁴ Sb	²³⁴ Th	
²⁰⁷ Bi		¹³⁷ Cs	^{114m} In	¹²⁵ Sb	²⁰⁴ Tl	
²¹⁰ Bi		^{152(13v)} Eu	¹⁹² Ir	⁴⁶ Sc	^{170m} Tm	
²⁴⁹ Bk		¹⁵⁴ Eu	⁵⁴ Mn	⁸⁹ Sr	²³⁶ U	
⁴⁵ Ca		¹⁸¹ Hf	²² Na	⁹⁰ Sr	⁹¹ Y	
^{115m} Cd		¹²⁴ I	²³⁰ Pa	¹⁸² Ta	⁹⁵ Zr	
¹⁴⁴ Ce						
Группа В2 (среднетоксичные)		¹⁰⁵ Ag	⁶⁴ Cu	⁴³ K	¹⁰³ Pd	¹⁵³ Sm
		¹¹¹ Ag	¹⁶⁵ Dy	^{85m} Kr	¹⁴³ Pr	⁹⁷ Tc
		⁴¹ Ar	¹⁶⁶ Dy	⁸⁷ Kr	¹⁹¹ Pt	^{97m} Tc
	⁷³ As	¹⁶⁹ Er	¹⁴⁰ La	¹⁹³ Pt	⁹⁹ Tc	
	⁴⁴ As	¹⁷¹ Er	¹⁷⁷ Lu	¹⁹⁷ Pt	^{125m} Te	
	⁷⁶ As	^{152(9,2h)} Eu	⁵² Mn	⁶ Rb	¹³⁷ Te	
	⁷⁷ As	¹⁵⁵ Eu	⁵⁶ Mn	¹⁸³ Re	¹²⁹ Te	
	¹⁹⁶ Au	¹⁸ F	⁹⁹ Mo	¹⁸⁶ Re	^{131m} Te	
	¹⁹⁸ Au	⁵² Fe	²⁴ Na	¹⁸⁸ Re	¹³² Te	
	¹⁹⁹ Au	⁵⁵ Fe	^{93m} Nb	¹⁰⁵ Rh	²³¹ Th	
	¹⁸¹ Ba	⁵⁹ Fe	⁹⁷ Nb	²²⁰ Rn	²⁰⁰ Tl	
	⁷ Be	⁶⁷ Ga	¹⁴⁷ Nd	²²² Rn	²⁰¹ Tl	
	²⁰⁶ Bi	⁷² Ga	¹⁴⁹ Nd	⁸⁷ Ru	²⁰⁴ Tl	
	²¹² Bi	¹⁵³ Gd	⁶³ Ni	¹⁰³ Ru	¹⁷¹ Tm	
	⁸² Br	¹⁶⁹ Gd	⁶⁵ Ni	¹⁰⁵ Ru	⁴⁸ V	
	¹⁴ C	¹⁹⁷ Hg	²³⁹ Np	⁹⁵ S	¹⁸¹ W	
	⁴⁷ Ca	^{197m} Hg	¹⁸⁵ Os	¹²² Sb	¹⁸⁵ W	
	¹⁰⁹ Cd	²⁰³ Hg	¹⁹¹ Os	⁴⁷ Sc	¹⁸⁷ W	
	¹¹⁵ Cd	¹⁶⁸ Ho	¹⁹³ Os	⁴⁸ Sc	¹³⁵ Xe	
	¹⁴¹ Ce	¹³⁰ I	³² P	⁷⁵ Se	⁸⁷ Y	
	¹⁴³ Ce	¹³⁴ I	²³³ Pa	³¹ Si	⁹⁰ Y	
	³⁸ Cl	¹³⁴ I	²⁰³ Pb	¹⁵¹ Sm	⁹² Y	

Продолжение

Группа токсичности	Радионуклид				
Группа В2 (среднетоксичные)	57Co	135I	109Pd	113Sn	93Y
	58Co	115mIn	147Pm	125Sn	175Yb
	51Cr	190Ir	149Pm	85Sr	65Zn
	131Cs	194Ir	142Pr	91Sr	69mZn
	136Cs	42K		96Tc	97Zr
Группа С (низкотоксичные)	37Ar	111mIn	193mPt	96mTc	U _{est}
	58mCo	113mIn	197mPt	99mTc	131mXe
	134mCs	85Kr	27Rb	232Th	133Xe
	135Cs	97Nb	187Re	Th _{est}	91mY
	71Ge	59Ni	103mRh	235U	69Zn
	3H	15O	147Sm	238U	93Zr
	129I	191mOs	85mSr		

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА В ДЕЙСТВИЕ

1 Для вновь разрабатываемых источников дата введения стандарта в действие установлена с 01.01.92.

2. Для источников, выпускаемых по действующим НТД, дата введения стандарта в действие устанавливается по мере корректировки НТД до 01.01.93.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством атомной энергетики и промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

Р. И. Лапина; Г. А. Череватенко (руководитель темы)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.90 № 3306

3. Срок проверки — 1995 г., периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 3839—82. В стандарт дополнительно включены нормы степеней жесткости при климатических и механических воздействиях

5. Стандарт соответствует ИСО 2919—80 в части классов прочности и методов испытаний

6. ВЗАМЕН ГОСТ 19745—74 и ГОСТ 25926—83

7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9013—59	335
ГОСТ 27212—87	Вводная часть
НРБ-76/87	41
ОСП-72/87	24; 41; 42

Изменение № 1 ГОСТ 25926—90 Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Нормы степеней жесткости при климатических и механических воздействиях, классы прочности и методы испытаний

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3585

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

«Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Классы прочности и методы испытаний. Нормы степеней жесткости при климатических и механических воздействиях

Radionuclide ionising radiation sealed sources. Purability classes and test methods. Norms of degrees of rigidity under climatic and mechanical influences».

Вводная часть. Первый абзац после слов «и устанавливает» изложить в новой редакции: «классы прочности и методы испытаний, а также нормы степеней жесткости при климатических и механических воздействиях для источников по ГОСТ 27212 и контрольных источников»;

дополнить абзацем (после первого):

«Необходимость соответствия показателей конкретного типа источника установленным стандартом нормам степеней жесткости воздействующих факторов определяется по требованию заказчика (основного потребителя)»;

(Продолжение см. с. 72)

третий абзац исключить.

Пункт 1.1 после слова «установленных» изложить в новой редакции: «в технических условиях (далее — ТУ) на конкретный тип источника и ГОСТ 27212».

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2. Значения воздействующих факторов устанавливаются при проектировании конструкции источника по согласованию с заказчиком и (или) выбирают из показателей, указанных в табл. 1—5, в зависимости от условий эксплуатации, транспортирования и хранения источника».

Пункт 1.3 исключить.

Пункт 1.4 изложить в новой редакции:

«1.4. Методы контроля соответствия источников требованиям стойкости к воздействию климатических и механических факторов должны быть установлены в ТУ на конкретный тип источника».

Пункт 2.1. Таблицу 6 дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Допуски испытательных норм по воздействующим факторам:

минимальная температура ± 5 °С;

максимальная температура ± 20 °С;

давление ± 10 %;

высота падения молота ± 5 %;

масса молота ± 5 %;

ускорение ± 20 %;

амплитуда перемещения ± 20 %;

продолжительность воздействия ± 2 мин».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. Классы прочности (кроме 1) по отношению к каждому воздействию фактору присваивают определенному типу источника на основании результатов испытаний в соответствии с разд. 3 и (или) путем расчета».

Пункт 2.3. Таблица 7. Графа «Типичная область применения закрытого источника». Пункт 8. Заменить слово: «Калибровочные» на «Контрольные»;

примечание 1. Заменить обозначение: НТД на «НД и ТУ»; дополнить словами: «При этом тексты НД и ТУ должны соответствовать однозначному отнесению источника к типичной области применения по табл. 7 или содержать прямое указание о ее нетипичности».

Пункт 2.4. Таблица (головка) и примечание. Заменить слово: «токсичности» на «радиационной опасности»;

примечание. Заменить обозначение: ОСП-72 на ОСП-72/87.

(Продолжение см. с. 73)

Пункт 3.3.3.1. Четвертый абзац. Заменить значения: 25 мм на «(25,0±0,5) мм»; 3 мм на «(3,0±0,3) мм».

Пункт 3.3.5. Четвертый абзац. Заменить значение: 3 мм на «(3,0±0,3) мм».

Пункт 3.3.6.2. Исключить слово: «двух».

Пункт 3.3.6.3. Заменить слова: «многооболочечной» на «многокапсульной», «оболочки» на «капсулы».

Пункт 3.3.6.4 изложить в новой редакции:

«3.3.6.4 Выбор метода контроля герметичности проводят с учетом типа источника. Критерий оценки результата — по ГОСТ 27212. Контроль герметичности и критерий оценки результата испытания источников, представляющих радиоактивное вещество особого вида, — по НД*.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50629—93».

Пункт 4.1. Заменить обозначения: НРБ-76 на НРБ-96, ОСП-72 на ОСП-72/87.

Пункт 4.2. Заменить обозначение: ОСП-72 на ОСП-72/87.

Приложение 2. Наименование. Таблица. Головка. Заменить слово: «токсичности» на «радиационной опасности»;

графа «Группы токсичности». Заменить слово: «(высокотоксичные)» на «(высокорadiационноопасные)»; «(среднетоксичные)» на «(среднерadiационноопасные)» (3 раза); «(низкотоксичные)» на «(низкорadiационноопасные)».

(ИУС № 3 2001 г.)

Редактор *Т. С. Шeko*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 01 02 91 Подп. в печ 19 03 91 1,25 усл. п. л. 1,25 усл. кр. отт. 0,92 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 40 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6 Зак. 89