

САХАР-ПЕСОК И САХАР-РАФИНАД
Метод определения цветности сахара

ГОСТ
12572—67*

Granulated and refined sugar.
 Method of sugar colour determination

Взамен
 ГОСТ 23—57
 в части метода опре-
 деления цветности

ОКСТУ 9109

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 27 января 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.67

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 14.08.84 № 2865
 срок действия продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. (Исключен, Изм. № 2).
2. Для проведения определения применяются следующие аппаратура и материалы:
 рефрактометр;
 колориметр;
 колбы конические по ГОСТ 25336—82;
 вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;
 весы лабораторные по ГОСТ 24104—80, 3-го класса точности, предел взвешивания до 200 г;
 фильтр обеззоленный.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

3. 200 г сахара растворяют в 215 см³ горячей дистиллированной воды и фильтруют через бумажный фильтр.

В профильтрованном и охлажденном до 20°С растворе рефрактометром определяют содержание сухих веществ; по таблице, в зависимости от содержания сухих веществ, находят значение произведения сухих веществ сахарного раствора на плотность.

Цветность раствора определяют колориметром, пользуясь лампой дневного света для освещения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (январь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., августе 1984 г. (ИУС 9—80, 11—84).

4. Цветность (C) выражают в условных единицах на 100 частей сухих веществ в 100 см³ раствора и вычисляют по формулам:

а) при пользовании полунормальным стеклом

$$C = \frac{100 \cdot 100 \cdot K}{2M \cdot CB \cdot d};$$

б) при пользовании четвертьнормальным стеклом:

$$C = \frac{100 \cdot 100 \cdot K}{4M \cdot CB \cdot d},$$

где CB — сухие вещества раствора, выраженные в процентах;
 M — число делений, отсчитанное по шкале колориметра (среднее из пяти отсчетов);

d — плотность сахарного раствора в г/см³;

K — поправочный коэффициент колориметрического стекла, который устанавливается после его изготовления.

5. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать $\pm 10\%$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).